

贵州省贵阳市人民检察院
市检察院技术侦查大楼及小河指
居点消防设施维修工程
采购文件

(2023 年 11 月)

项目序列号:	P5201002023000AEY		
项目编号:	ZFCG20231027074		
项目名称:	市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程		
品目编号:	P5201002023000AEY001		
品目名称:	市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程		
采购方式:	竞争性谈判	采购类别:	工程类
采购人:	贵州省贵阳市人民检察院		
代理机构:	贵州阳光产权交易所有限公司		

目 录

第一部分 专用部分	6
第一章 采购范围	7
第一节 采购项目概述	7
第二节 <input type="checkbox"/> 货物要求 <input type="checkbox"/> 服务要求 <input checked="" type="checkbox"/> 工程要求	8
第三节 供应商资格条件	8
第二章 采购清单、技术参数及商务要求	10
第一节 采购清单及技术参数	10
项目采购需求	10
一、工程概况	10
二、现状分析及存在问题	12
三、消防火灾自动报警系统布置方案	27
四、施工专项方案	31
五、工程量清单	44
第二节 商务要求	58
第三节 阐述、演示、样品展示	59
第四节 图纸附件	60
第五节 实质性要求明细表	61
第三章 评标办法及评分标准	62
第一节 评标办法	62
第二节 废标条款	68
第三节 无效标条款	68
第二部分 通用部分	70
第四章 政府采购程序	70
第一节 采购公告及采购文件发布	70
第二节 采购文件获取	70
第三节 编制和上传投标响应文件	71
第四节 竞争性谈判程序	72
第五节 发布中标（成交）结果公告及发送中标（成交）通知书	73
第六节 支付代理服务费	74
第七节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收	74
第八节 质疑和投诉	75
第五章 政府采购合同	77
第一部分 合同协议书	79
一、项目概况	79
二、供货期期限	79
三、合同文件构成	79
四、合同文件解读及其优先顺序	80
五、合同金额（中标价）	81
六、履约保证金	81
七、订立时间	81
八、订立地点	81
九、合同生效	81

十、补充协议	81
十一、其它	82
第二部分 通用合同条款	83
第 1 条 一般约定	83
1.1 严禁贿赂	83
1.2 国家、社会公共利益	83
1.3 保密	83
第 2 条 包装、运输和交付	83
2.1 包装	83
2.2 运输	84
2.3 交付	84
第 3 条 货物检验和验收	84
第 4 条 质量保证期	85
第 5 条 合同价款支付	85
第 6 条 履约担保	85
第 7 条 不可抗力	86
第 8 条 合同转让和分包	86
第 9 条 节能环保	86
第 10 条 合同解除	87
第 11 条 合同的变更、中止或终止	87
第 12 条 争议的解决	87
第 13 条 违约责任	88
第 14 条 其他	88
第三部分 专用合同条款	89
第一部分 合同协议书	92
一、项目概况	92
二、工期	92
三、合同文件构成	93
四、合同文件解读及其优先顺序	93
五、合同金额（中标价）	94
六、履约保证金	94
七、订立时间	94
八、订立地点	94
九、合同生效	95
十、补充协议	95
十一、其它	95
第二部分 通用合同条款	97
第 1 条 一般约定	97
1.1 严禁贿赂	97
1.2 国家、社会公共利益	97
1.3 保密	97
第 2 条 工期	97
第 3 条 工程质量	98
3.1 工程质量要求	98

3.2 质量检查	98
第 4 条 竣工验收	98
4.1 竣工验收申请报告	98
4.2 竣工和验收	98
4.3 试运行	98
4.4 竣工清场	99
第 5 条 保修责任	99
第 6 条 合同价款支付	99
第 7 条 履约担保	99
第 8 条 不可抗力	99
第 9 条 合同转让和分包	100
第 10 条 节能环保	100
第 11 条 合同解除	100
第 12 条 合同的变更、中止或终止	100
第 13 条 争议的解决	101
第 14 条 违约责任	102
第 15 条 其他	102
第三部分 专用合同条款	103
第一部分 合同协议书	106
一、项目概况	106
二、服务期限	106
三、合同文件构成	106
四、合同文件解读及其优先顺序	107
五、合同金额（中标价）	107
六、履约保证金	107
七、订立时间	107
八、订立地点	107
九、合同生效	107
十、补充协议	107
十一、其它	108
第二部分 通用合同条款	109
第 1 条 一般约定	109
1.1 严禁贿赂	109
1.2 国家、社会公共利益	109
第 3 条 服务验收	109
第 4 条 质量保证	110
第 5 条 合同价款支付	110
第 6 条 履约担保	110
第 7 条 不可抗力	110
第 8 条 合同转让和分包	110
第 9 条 节能环保	111
第 10 条 合同解除	111
第 11 条 合同的变更、中止或终止	111
第 12 条 争议的解决	111

第 13 条 违约责任	112
第 14 条 其他	112
第三部分 专用合同条款	113
第三部分 供应商须知	114
第六章 响应文件的编制	115
第一节 编制要求	115
第二节 响应文件组成	116
第三节 响应文件格式范本	117
第七章 远投网开注意事项	141
第八章 优惠性政策法规	142

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目及品目概述

市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程

二、采购预算

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为大写壹佰壹拾肆万肆仟伍佰伍拾壹元壹角捌分整(¥小写 1144551.180000 元)。

其中(若有)品目名称:市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程,采购预算为大写壹佰壹拾肆万肆仟伍佰伍拾壹元壹角捌分整(¥小写 1144551.18 元)。

本项目的最高限价为:大写壹佰壹拾肆万肆仟伍佰伍拾壹元壹角捌分整(¥小写 1144551.18 元)。

其中(若有)品目名称:市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程,最高限价为大写壹佰壹拾肆万肆仟伍佰伍拾壹元壹角捌分整(¥小写 1144551.18 元)。

本项目按(☒总价☐单价☐下浮率☐费率☐固定价☐多种报价)进行投标报价。(可在括号中进行补充说明)

计价单位元(以采购文件约定的计价单位为准)

三、采购合同管理:

1. 是否允许分包: ☐是☒否

2. 分包履行的具体内容(包含:分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容)、金额或者比例: /

四、本项目☐是☒否为政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)。

五、根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购: ☒是☐否, 具体内容为: (市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程)

特别提示:如采购项目或品目涉及中小微企业采购的,采购文件应当遵守《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定。

六、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

七、采购人

1. 采购人名称: 贵州省贵阳市人民检察院

2. 地址: 贵阳市云岩区威清路 26 号

3. 联系人: 候燕

4. 联系电话/传真: 13984188765

5. 电子邮箱: /

八、代理机构

1. 名称: 贵州阳光产权交易所有限公司

2. 地址: 贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 A 座 4 层

3. 联系人: 蔡丹丹

4. 联系电话/传真: 0851-84113391

5. 电子邮箱: /

九、监督部门

监督部门: 贵阳市财政局

监督电话: 0851-85806835

详细地址: 贵阳市观山湖区林城东路金阳行政中心二期 C 区 340 室

第二节 ☐货物要求 ☐服务要求 ☒工程要求

一、☐货物范围 ☐服务范围 ☒工程范围

本项目采购的来源范围要求为本国合法供应商提供的服务。

二、须满足的规范, 标准

满足国家、行业现行验收规范合格标准。

第三节 供应商资格条件

本品目供应商资格条件要求如下:

一、供应商属于参加政府采购活动, 有意愿向采购人提供服务的法人、非法人组织或者自然人。

(一) 符合《政府采购法》及其实施条例的有关规定并提供相应资料:

1. 具有独立承担民事责任的能力: 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 或自然人身份证明;

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

具体要求: 供应商是法人的, 应提供经审计的 2022 年度财务报告。如为新成立公司(成立未满 3 个月的)不能提供上述证明材料, 可以提供银行出具的资信证明。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:

具体要求: 提供具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的承诺函;

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

具体要求: 提供 2023 年度任意连续 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料;

5. 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录:

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式文件详见相关文件范本)。

6. 法律、行政法规和国家规定的其他条件:

(1) 供应商须承诺: 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、

重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式文件详见相关文件范本）

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）所需特殊行业资质或要求：

供应商须具备：1、本项目供应商须具备建设行业主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级以上资质并具有有效的安全生产许可证。

2. 拟派往本项目的项目负责人（项目经理）具有机电工程（专业）二级及以上建造师及消防专业工程师资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建项目的项目经理（提供承诺函，格式自拟）。

（三）本品目 ☐ 接受 ☒ 不接受 联合体投标（可在括号中进行补充说明）

（四）本品目 ☒ 是 ☐ 否 专门面向中小微企业采购。（其他未列明行业）

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

项目采购需求

一、工程概况

1、项目名称：市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程

工程地址：

市检察院技术侦查大楼位于贵阳市云岩区威清路 26 号，大楼共 16 层，楼高 52 米，建筑面积约 11000 平方。

小河指居点位于贵阳市花溪区清水江路 263，大楼共 5 层，楼高 20 米，建筑面积 4358 平方。

工程范围：消防设施维修主要包括火灾自动报警系统、消防水系统维修更换、气体灭火系统等，完成工程量清单及施工图范围内所示全部内容。

具体工程范围如下：

- 1) 市检察院技术侦查大楼原有火灾报警系统拆除
- 2) 市检察院技术侦查大楼、大礼堂及小河指居点大楼整体火灾自动报警系统安装

3) 市检察院技术侦查大楼机房气体灭火系统及报警系统安装

4) 市检察院技术侦查大楼及小河指居点大楼消火栓系统维修保养

5) 市检察院技术侦查大楼消防水泵房维修保养

6) 小河指居点屋顶消火栓环管及室外消火栓管道更换

7) 灭火器数量补充

2、工程特点

(1) 贵阳市检察院技术侦查大楼：该大楼类型为办公楼，大楼共 15 层，楼层高，层数多，房间多。房间使用性质包含接待室、会议室、审讯室、办公室、机房、食堂、厨房等。其中多数楼层采用铝扣板吊顶，小部分楼层采用石膏吊顶。大楼一层接待室及食堂，未安装消防火灾自动报警系统，其余楼层现有消防火灾自动报警系统由于使用时间长，产品损坏，线路老化等原因，已基本丧失消防火灾自动报警功能。大楼消火栓系统，管道老化，承压能力低，消火栓箱内配套水枪水带老化，部分箱内水枪水带缺失，栓头锈蚀严重，存在渗漏情况。水泵房内由于长期潮湿，水泵锈蚀严重，线路老化，接触不良。

(2) 市检察院小河指居点：该大楼共五层，一二层主要用作审讯室及办公室，三至五层主要作为宿舍房。一层审讯室有特殊材料软包，一层大厅为石膏吊顶，楼上层主要为

铝扣板吊顶。该大楼无消防火灾自动报警系统。

3、编制依据

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2019

《建筑电气施工质量验收规范》 GB50303-2015

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

《建灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008

《建筑设计防火规范》 50016-2014（2018）

《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017

二、现状分析及存在问题

1、办公大楼现场消防情况

通过现场检查，消防系统主要存在以下情况

贵阳市检察院技术侦查大楼：

（1） 消防报警主机不能实现联动控制且无法显示火灾报警部位信号和状态信号。缺失电气火灾监控系统。

（2）-1 层至 15 层现有火灾自动报警设备（感烟探测器，声光报警器，消防广播等）经多年使用，设备元件老化，终端设备均存在不同程度的坏损情况。

（3）-1 层至 15 层原火灾自动报警线路老化，线路不通。

（4）-1 层至 15 层原火灾自动报警系统线管均为非阻燃

塑料管，不符合国家规范要求。

（5）消防控制室、消防泵房、机房等主要值班室场所未设置固定式消防专用电话分机。

（6）1 层接待室及食堂未安装消防火灾自动报警设备。

（7）机房气体灭火系统失效，气体灭火控制盘损坏，报警系统失灵。

（8）机房防护窗，防火门密闭性和稳定性不足，气体灭火密闭性要求不达标。

（9）机房防火门未进行灌浆处理。

（10）指挥中心未安置二氧化碳灭火器。

（11）消火栓箱内水枪水带缺失，栓头锈蚀，管道渗漏。

（12）消防泵房内水泵锈蚀，线路老化。

贵阳市小河指居点办公大楼：

（1）原建筑 1-5 层未设置火灾自动报警系统。

（2）屋顶消火栓管道锈蚀，渗漏，阀门损坏。

（3）室外消火栓管道锈蚀，渗漏，阀门损坏。

（4）灭火器摆放数量不足。

2、综合分析

检察院大楼面积大，办公用房多，各种消防设备设施多，设备布置分散，加上设备使用年限长，产品损坏严重，这都给消防管理造成很大压力，包括消防设施的维护和管理，人

为因素造成的管理上的疏忽等，都会影响大楼整体的消防安全。为了更好的解决消防管理上的巨大压力，同时又能保证大楼的消防安全。需从以下几方面入手：

1、报警点位布置问题：

根据现场情况，依据《建筑设计防火规范》《消防自动报警系统设计规范》重新对贵阳市人民检察院和小河指居点办公大楼的消防报警系统进行设计和优化，对以前安装的不符合国家现有规范的报警点进行优化布置，对报警设备缺失的区域进行补充，从而减轻日后消防管理压力，保障机关消防安全。

2、报警设备的问题：

贵阳市人民检察院大楼原消防火灾自动报警系统使用的消防火灾报警设备，由于使用年限长，产品相对落后，导致整个报警系统维修困难，且原安装消防设备与现有市场消防设备无法兼容，联网困难。需整体更换报警设备（包括终端设备和值班室消防主机），并根据优化图纸，重新编码，实行联网区域化管理，从而使报警系统更快速，准确地向值班室传递火灾信息。

3、报警线路问题：

大楼原有线路使用时间长，线路氧化严重。经现场勘查，

线路断点多，回路不通，信号无法反馈至消防主机。且原有线管为非阻燃塑料线管，不符合消防规范。现需将大楼消防线管线路重新敷设，线路明敷或者吊顶内暗敷设应采用金属管或者金属桥架并在表面涂刷防火涂料。电线采用耐火或者阻燃铜芯线。

4、机房气体灭火问题：

原有机房内布置有气溶胶气体灭火装置。气溶胶微粒不会自动挥发至大气中，且容易粘附在设备表面。胶体微粒易导致光路堵塞，鼓面、盘面划破以及接插件磨损等。气溶胶微粒中的金属盐类和金属氧化物等均有一定的导电性，容易引起电器设备短路。且气溶胶灭火剂使用期限为4~6年，有效期过后需重新更换药剂，不易维护。建议将气溶胶装置更换为七氟丙烷气体灭火装置，七氟丙烷属于洁净气体灭火剂，它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏，储存空间小，临界温度高，临界压力低，在常温下可液化储存，释放后不含粒子或油状残余物，对大气臭氧层无破坏作用（ODP值为零），符合环保要求。七氟丙烷灭火装置使用年限较长（压力容器年检期限为5年），且压力不足时只需重新充压，维护简单。

现场勘查时还发现机房防护窗牢固性不强，窗户密闭性不足，防火门未做灌浆处理。建议将机房进行封窗处理，同时加装自动泄压口，防火门灌浆，从而使机房密闭性更好，

从而达到更好的灭火效果。

5、消火栓系统问题：

原有消火栓系统管道锈蚀，承压能力降低，部分存在渗漏情况，导致管道无法通水。消火栓箱内配套水枪水带老化，栓头锈蚀，通水渗漏。

6、消防水泵房问题：

水泵房长期潮湿，线路老化严重。消防水泵功率低，锈蚀严重，无法达到规定压力。

7、关于审讯室及大礼堂施工难点问题：

＞ 审讯室由于其特殊性，所有墙面均使用特殊材料软包。导致消防火灾报警设备施工布线存在一定的困难。

＞ 市检察院技术侦查大楼礼堂高度超出一般施工高度，且顶面有特殊造型石膏顶，施工难度大，危险系数高。

审针对以上两点现场情况，有以下两种施工方案：

（1）采用智慧消防云平台报警系统：

智慧消防云平台，采用“感、传、知、用”等物联网技术手段，综合利用无线传感、云计算、大数据等技术，通过互联网、无线通信网、专网等通信网络，对消防设施、器材、人员等状态进行智能化感知、识别、定位与跟踪，实现

实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理，通过信息处理、数据挖掘和态势分析，为防火监督管理和灭火救援提供信息支撑，提高社会化消防监督与管理水平，增强消防灭火救援能力。

针对本项目优势：

- ＞ 无需布线，施工方便。
- ＞ 通过物联网云平台，以短信，电话，app 等形式推送火灾信息。更加智能，方便。
- ＞ 数据，信息查看更方便。

针对本项目劣势：

- ＞ 智慧消防产品比传统智能消防产品价格贵。
- ＞ 客户需要自行购买云平台资源
- ＞ 需要稳定的网络信号

（2）采用传统智能消防报警系统：

传统火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的，它具有能在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散，控制器记录火灾发生的部位、时间等，使人们能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失。

相对本项目优势：

＞ 传统消防报警系统在工作稳定性，误报率，产品单价上均优于无线报警产品。

＞ 传统消防报警产品市场使用量大，技术更容易被接受，维修维护更简便。

相对本项目劣势：

＞ 传统消防产品需要布置管线连接，由于本项目现场存在装修已完成，施工楼层超高等情况，施工难度更大，人力成本高。

采用传统消防报警系统施工，需要结合现场情况，优化走线方案，在不破坏原有装修基础上进行施工。有软包部分可能需要取消部分消防手动报警按钮，声光报警器采用吸顶式安装。超高层大礼堂，需要协调礼堂使用时间，借助升降机施工。

现场照片	存在问题	解决方案
------	------	------

	<p>一层值班室消防主机瘫痪，无法接收报警和联动信号。缺乏消防备用电源。</p>	<p>整体更换消防主机，广播主机，广播功放，消防专用多线电话主机，消防增设电源监控，主机，电气火灾监控主机，UPS备用电源等。</p>
	<p>火灾自动报警系统多数终端设备损坏。</p>	<p>整体更换火灾自动报警系统终端设备。</p>




原有线路氧化，对整栋大楼线路不通，导致线路进行检测报警系统失灵。查，重新敷设原有线管为非线管线路，将阻燃塑料线管，线管更换为不符合消防规范要求的镀锌钢管，电线更换为无

卤低烟阻燃耐火

交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套电力电缆。



机房原有气体为气溶胶，气溶胶灭火剂中含有 40%的固体颗粒，灭火过程中将气溶胶灭火颗粒由于重力原因沉降于被保护物体表面或内部，可能造成电路短路，设备故障。且原气体灭火装置年久失修，无法满足灭火要求。





气体灭火控制盘老化，设备失效。更换气体灭火控制盘、线路及报警终端设备并与消防报警主机联动。



机房窗户松动，密闭性弱。进行整体封窗处理，并安装自动泄压口。

	<p>重新敷设报 一层接待室、 厨房未安装 火灾自动报 火灾自动报 警系统。</p>	<p>警线路，安装 火灾自动报 警设备，并连 入值班室消 防主机，实现 联动。</p>
--	--	---

 	<p>整栋大楼新敷设火灾自动报警线路并安装火灾自动报警设备。一楼值班室安装火灾自动报警主机，报警电话火灾自动报警主机，广播主机，消防电源监控主机，电气火灾监控主机，ups 备用电源等。</p> <p>小河区人民检察院消防火灾自动报警系统缺失。</p>
--	---



大楼消火栓对老化的水箱内水枪，水枪，水带，栓带老化。部分头进行更换，箱体内水对缺失水枪枪，水带缺失水带的箱体失。消火栓丝进行补充。口锈蚀，存在漏水情况。



消防水泵使用时间长，压力小，线路老化，接触不良。消火栓系统管道有渗漏，闸阀损坏。

对水泵及其线路进行检查，无法修复则进行更换。对消火栓管道及管道附件进行检查维修。



大礼堂火灾自动报警系统整体更换

高度较高，需保护原有装修造型，施工难度大。可采用无线报警产品，借助移动升降车施工。

三、消防火灾自动报警系统布置方案

1、火灾自动报警及消防联动系统

系统设置：

＞ 本建筑为二级火灾自动报警保护对象，系统能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号。

＞ 消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备和电源设备等组成。

＞ 在各个楼层设置感烟探测器，手动报警按钮，消火栓报警按钮，消防广播。并设专用端子箱。当报警时将信号传至消防控制中心。

＞ 在公共走道及楼梯间出入口附近均设置手动火灾报警按钮，每个手动报警按钮处设置火灾专用电话插孔。

＞ 消火栓箱内设消防泵启动按钮。

＞ 在消防联动设备如消防泵、喷淋泵、防排烟风机、正压风机、非消防电源等的电控柜旁设置输入/输出模块，火灾时联动相关设备。

＞ 消防泵、排烟风机、正压送风机等重要设备均设置硬拉线可由消防总控室直接控制。

系统性能特点：

- ＞ 系统采用总线报警与联动控制方式，可现场编程。
- ＞ 发生火灾时，报警主机可发出声光报警并准确报出火警发生的层号、地点并时钟锁定，同时自动提示联动控制地址，可自动或手动启动灭火设备。
- ＞ 消防中心可自动控制排烟风机、送风机、非消防电、防火阀等设备并接收其反馈信号；可显示自动喷水系统信号检修阀的开/关状态；可显示自动喷水系统报警阀的状态。
- ＞ 消防中心可手动控制排烟、送风机、消防水泵等设备的启停并接收其反馈信号；并可接收相应设备的故障。
- ＞ 报警主机具有完善的自行诊断功能，对内部电路、显示单元、系统总线及外部设备，如探测器、输入/输出模块、充电电源、蓄电池电压等进行在线自动检测，并将检测结果自动打印；报警主机有系统时钟，能储存记忆系统的自检、报警、联动信息的历史档案，并在系统停时不丢失，系统复原后自动恢复实时时间；报警主机操作界面为全中文显示。
- ＞ 各类探测器和手报全部为智能化产品，探测器为最新的超薄设计，具有灵敏度灵活可调、稳定、功能强、智能化程度高、美观等特点。

2、火灾通讯系统

系统设置：

- ＞ 在消防控制中心均设置一台火灾对讲电话机：

＞ 在消防控制室、消防泵房、配变电室、机房等主要值班(服务)室场所设固定式消防专用电话分机。

＞ 在各楼层及主要疏散通道内可通过手动报警按钮上面的电话插孔实现与消防中心的实时通话。

系统功能:

＞ 电话:机有专用的市话用户线，经接线端子连至市话通讯网络中，主要用于火灾时自动呼叫火警电话“119”；

＞ 现场某一电话分机举机时，主机发出报警声响，相应的分机指示灯闪亮；

＞ 主机可同时呼叫多部分机，必要时可以进行群呼(相当于召开电话会议)。

3、消防广播系统

系统设置：

> 在消防控制室设置火灾应急广播机柜，火灾应急广播与背景音乐共用一套音响装置，机组采用定压式输出。在各层设事故广播扬声器，平时兼做背景音乐广播。火灾紧急广播与公共广播合用，采用多线制：火灾时，将火灾疏散层的扬声器强制转入火灾紧急广播状态。

＞ 末端广播分专用火灾应急广播、背景音乐兼火灾应急广播。

系统功能:

＞ 当任一层或任一防火分区发生火灾时，消防控制中心

能自动或人工手动(火灾广播系统按消防分区设置手动操作

开关)发出指令强制切断背景音乐(正常广播)，接通火灾相临层广播，发出火灾疏散指令。

＞ 消防中心能使用话筒直接广播，也可以自动或手动选择实现储存的多条广播内容进行反复广播。

＞ 火灾事故广播程序：二层发生火灾，先接通着火层再接通相邻层；

4、机房火灾自动报警系统

系统设置：

＞ 在机房居中位置设置感烟探测器及感温探测器，当感烟和感温探测器同时报警时，信号传输至气体灭火控制盘。

＞ 门口设置气体手动启停按钮及气体灭火控制盘，均可手动操作气体释放的启动。

＞ 在机房室内和室外安装火灾声光报警器，门楣上方设置气体释放指示灯。

系统性能特点：

＞ 气体灭火控制盘通过回路总线连接至消防值班室消防主机上，当气体灭火控制盘动作，控制室主机可显示动作。

＞ 当火灾发生时，感烟探测器和感温探测器同时发出信号，气体灭火控制盘发出电信号，气瓶电磁阀动作，释放气

体。

＞ 手动启停按钮可以直接控制气体启停，当值班人员发现火灾，报警器却未动作时，可直接手动控制启动和停止。

＞ 当气体释放时，门楣上气体释放指示牌可显示“放气勿入”，提示工作人员误入，同时声光报警器闪烁并发出报警。

四、施工专项方案

1、现场施工重点、难点

＞ 贵阳市人民检察院一层接待室及机关餐厅为新装修状态，均为石膏吊顶，且部分石膏吊顶受潮严重，易破损。考虑美观效果，消防线管应敷设于吊顶内。线路敷设与实际现场存在矛盾。

＞ 楼层铝扣板吊顶使用年限长，板面脆弱，易损坏。

＞ 楼层多，房间多，布局复杂，穿线迂回导致线路布置难度大，工程量大。

＞ 大会议室近四层楼高度，施工危险系数高，操作难度大。

＞ 小河区人民检察院一层审讯室有特殊材料软包，线路敷设和产品安装难度较大

＞ 两栋大楼消防值班室均位于大楼一楼安保值班室，各回路管线经各弱电井汇入消防控制室，管线多，跨度大，且

一层为石膏吊顶，怎样既保持美观又保证线路畅通，系统功能正常是一大难点。

- ＞ 大楼高层材料运输困难。
- ＞ 大楼为办公楼，需要解决施工行为造成的行为影响与单位人员能正常工作之间的矛盾。

2、针对重点、难点的实施方案及合理化建议

＞ 石膏吊顶部分采用开检修口穿线，检修口开口位置应充分考虑整体的美观及操作可行性。后期采用同等颜色金属检修口盖板进行封盖

＞ 线路敷设由电井进入吊顶内，顺向取出铝扣板，沿墙面固定，减少吊顶承受重量，吊顶内开墙洞分入各个房间，再敷设至各个报警点位处。

＞ 大会议室施工采用升降机与脚手架相结合，施工人员随时佩戴安全绳。

＞ 通过对图纸进行分析、深化设计后，绘制管线综合布置图，并与现场实际情况进行套图分析，现场制定管线施工方案，并对施工班组现场技术交底。


＞ 施工管理人员提前向单位相关部门汇报及协商施工时间，统筹安排，提前向施工人员交底，尽量将施工带给工作人员的影响降至最小。

＞ 施工单位应聘请经验丰富的施工人员，使用高精度，

低破坏工具，结合优化设计图纸，文明施工，保证对大楼原有装修的影响降至最小。

3、火灾自动报警系统专业安装方案

3.1 火灾报警系统安装程序



3.2 火灾报警系统的安装：

3.2.1 电气管线敷设要求：

（1）火灾自动报警系统的布线，应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》。火灾自动报警系统布线时，应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》，对导线的种类、电压等级进行检查。在管内或线槽内的穿线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前，应将管内

或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽内的同一槽孔内，不应有接头或纽结。导线的接头，应在接线盒内焊接，所有接线用 O 型端子连接。火灾自动报警系统导线敷设后，应对每回路的导线用 500 伏的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻不应小于 20 兆欧。每一个回路线路二端皆需标明线路名称（来源及终点）贴上标签。

（2）火警系统配管采用 JDG 管敷设，钢管配管过梁、柱处需加 90 ° 拉线盒各一个（外角部份）不可直接弯管；天花板区域在天花板下之

探测器配管施作，直接由楼板的接线盒利用防水金属软管引下。

（3）所有管路支吊架形式先与业主/现场监理工程师讨论制作样品后再施工。敷设在多尘或潮湿场所的管口和管子连接处，均应作密封处理。

（4）管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒。

- ① 管子长度每超过 30m，无弯曲时；
- ② 管子长度每超过 20m，有 1 个弯曲时；
- ③ 管子长度每超过 10m，有 2 个弯曲时；
- ④ 管子长度每超过 8m，有 3 个弯曲时。管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内

外两侧均应套锁母。

在吊顶内敷设各类管路和线槽时，宜用单独的卡具吊装或支撑物固定。线槽的直线段应每格 1.0—1.5m 设置吊点或支点，在下列部位也应设置吊点或支点：

- ◆ 线槽接头处；

- ◆ 距接线盒 0.2m 处；

- ◆ 线槽走向改变或转角处。吊装线槽的吊杆直径，不应小于 6mm。管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处，应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量。

(5) 经接线盒、线槽等处引致探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱等的线路应加金属软管保护。

(6) 模块箱要按图号之编号贴于箱门上。

3.2.2 设备安装要求：

火灾探测器的安装点与火灾探测器的安装位置，应符合下列规定：

- ① 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于 0.5 米；

- ② 探测器周围 0.5 米内，不应有遮挡物；

- ③ 探测器至空调送风口的水平距离，不应小于 1.5 米；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于 0.5 米；天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持：

- a. 与照明灯具的水平净距离不应小于 0.2 米；
- b. 感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于 100W 的白炽灯等)的净距离不应小于 0.5 米。

④ 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置感温探测器的安装间距，不应超过 10m；感烟探测器的安装间距，不应超过 15m。探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

⑤ 探测器宜水平安装，当必须倾斜时，倾斜角不应大于 45 °。探测器的底座牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。探测器的“+”线应为红色，“—”线应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。探测器底座的外接导线，应留有不小于 15cm 的余量，入端处有明显标志。探测器底座的穿线孔宜

封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将高度调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

⑥ 探测器底座用螺丝固定在接线盒上，探测器旋紧在底座上即可完成，但探测器在安装前必须按设定的地址码调整好后再装上，探测器上的发光灯应对准观测者有利观察的方

向。

⑦每一探测器安装完成后应有防尘盖，不使灰尘侵入。
火警探测器于施工期间严禁将防尘套移除。

3.2.3 手动报警按钮的安装。

手动火灾报警按钮应安装在墙上距地(楼)面高度 1.5 米处。手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。手动报警按钮在安装过程中不能损坏按钮上玻璃。手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于 10cm 的余量且在其端部有明显标志。手动火灾报警按钮必须按设定的地址码编。

3.2.4 模块的安装

联动控制模块应集中安装在联动控制模块箱内，模块箱采用不锈钢或防水型或耐火级工程塑料防水型模块箱安装位置、安装高度，并且用铭牌按设计图之编号贴于箱门外。联动控制模块箱内每一个回路线路二端皆需标明线路名称（来源及终点）贴上标签。

3.2.5 火灾报警主机的安装

控制器的主电源导入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。控制器的接地有专用接地线（接入建筑物共享接地端子板或箱），同时对地电阻小于 1 欧；接地应牢固，并有明显标志。主机和外部设备的接线都通过端子排联接，严禁串接至设备接地端子排上。

3.2.6 消防控制设备的安装

消防控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装。消防控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于 1m，并且应采用管卡固定，其固定点间距不应大于 0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。消防控制设备外接导线的端部，应分开并有明显标志。消防控制设备(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子，应分开，并有明显标志。

3.2.7 广播系统设备的安装

广播系统的施工布管穿线和设备安装施工工艺参见火灾报警系统。

3.2.8 系统接地要求

工作接地应采用铜芯绝缘导线式电缆。由消防控制室引至接地体的工作接地线在通过墙壁时，应穿入钢管或其它坚固的保护管。保护接地导体不得利用金属软管。接地装置施工完毕后，应及时作隐蔽工程验收。

联动设备的接线，必须在确认线路无故障，设备所提供的联动节点正确的前提下进行。

①消防控制中心内的不同电压等级，不同电流类别的端子，应分开明显标志。

②联动控制器内应将电源、通信线、音频信号线、联动

信号线、回收信号线分别加套管并编号，所有编号必须与图纸上的编号一致。字迹要清楚，有改动处应在图纸上作明确标注。

③系统的供电

火灾自动报警系统应设有主电源与直流备用电源。主电源应采用消防电源，直流各用电源宜采用火灾报警器的专用蓄电池，当直流备用电源采用消防系统集中设置蓄电池时，火灾报警控制器应采用单独的供电回路，并能保证在消防系统处于最大负载时，不影响报警控制器的正常工作。消防专用主电源最好由消防值班室，或消防控制中心直接操作。

3.2.9 火灾自动报警系统的调试开通

①调试开通人员在进入现场前，首先要仔细消防系统及平面图，透彻理解设计部门的设计意图，对本工程采用的系统模式所要达到的报警及联控功能要求必须完全领会。

②调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量等，如一发现管线或安装有与设计不符合现象，应立即和有关部门或负责人协商并制订整改计划。

③检查强电，弱电线是否到位，是否存在不同性质线共管现象。

④检查探测回路线，通信线是否短路或开路，如有问题

则必须将线路故障排除后再开机调试。

⑤自动报警控制器单机开通前，首先不接报警点，使机器空载运行，确定控制器是否在安装过程中损坏。

⑥开机后将所带的探测点进行编码，并在平面图上作详细记录。

⑦对未能与控制器建立正常通信状态的探测器逐步检查，如果是管线问题，则在排除线路故障后再开机测试，如果是探测器问题则换探测器。

⑧对报警器要作如下功能检查：

- ◆ 火灾自检功能
- ◆ 消音复位功能
- ◆ 故障报警功能
- ◆ 火灾优先功能
- ◆ 报警记忆功能
- ◆ 电源自动转换及各用电源的自动充电功能；备用电源的欠压、过压报警功能

⑨单机开通完毕，再进行系统联动调试。系统联动调试结束后，采用专用检测仪器，对探测器逐个进行试验，要求探测器动作准确无误。

⑩调试过程中，应对调试进度及发现的问题作详细记录。调试结束后，对系统进行不断电考核，要求系统在连续

工作 120 小时无故障，然后将竣工图出齐，并填写调试报告及有关资料。

3.2.10 联动控制系统的调试开通

①开通前，首先对线路作仔细检查，查看导线的标注是否与施工图上的标注吻合，检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致，排除线路故障。

②对所需联动设备在现场做模拟试验，确定联动设备单机运行是否正常，在此项工作未结束前，不能打开联动控制中心电源、以免外围设备故障损坏联动控制器中心设备。

③所有联动现场模拟试验均无问题，再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作，进行系统联调。

4、气体灭火系统专业安装方案

4.1 施工内容

自动气体灭火监控设备安装，气瓶间设备安装，气体灭火系统调试。

4.2 气体灭火火灾监控报警系统安装

本工程为独立的气体灭火系统，火警控制盘设在本层，负责本系统信息的通讯、显示、管理和控制，并通过预先编制好的智能化程序自动或手动输出控制信号，从而向相关消防设备发出动作指令，同时保证人员的安全疏散和撤离，最

大限度地减少财产损失。报警信号、故障信息、联动信号等分别显示在控制盘上。

1) 系统控制: 本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式;

2) 当采用火灾探测器时, 灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要, 应有不大于 30 秒的可控延迟喷射: 对于平时无人工作的防护区, 可设置为无延迟的喷射。

3) 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方, 安装高度为中心点距地面 1.5m。

4) 机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方, 无论系统处于“自动”或“手动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。

4.3 灭火剂贮存容器的安装

＞ 气体灭火贮存容器应符合现行国家标准《气体安全监察规程》和《压力容器安全监察规程》中的相关规定。

＞ 保护同一防护区的灭火剂贮存容器, 其规格尺寸、充装量和储存压力均应相同, 其钢瓶高度差不宜超过 20mm。

＞ 贮存容器要有产品出厂合格证。

＞ 贮存容器外观正常, 手动应急操作装置要有铅封。

＞ 贮存容器压力表无机械损伤, 其正面朝向操作面。

＞ 贮存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于 1.0m。

＞ 贮存容器外表面涂红色油漆，并要标明灭火剂名称和贮存容器的编号。

＞ 灭火剂充装量及充装压力要符合设计要求。

＞ 气体灭火贮存容器要有永久性标牌，标明容器编号、皮重、容积、灭火剂名称、充装量、充装日期和贮存压力等，并要符合设计要求。

＞ 七氟丙烷管网系统灭火剂的充装压力应为 5.6Mpa，七氟丙烷无管网系统灭火剂的充装压力应为 2.5Mpa。

＞ 在储存容器或容器阀上应设安全泄压装置和压力表。

4.4 气体灭火系统调试

＞ 应在验收之前进行模拟启动试验。模拟启动试验时，关断有关灭火剂贮存容器的驱动装置，接上指示灯泡或卸下驱动装置，再使试验的防护区火灾探测器接受模拟火灾信号。试验结果应是指示灯泡显示灯亮或驱动装置正常动作。并且有关声光报警信号正常，有关的联动设备动作正确。

＞ 应在模拟启动试验之前，进行手动灭火试验。按上述做法，启动手动灭火按钮（手动释放开关），而不是提供模拟火灾信号给探测。

五、工程量清单

工程名称：市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程
清单：市检察院技术侦查大楼消防设施维修

序号		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注		
		火灾自动报警系统						
		原有系统拆除						
1		智能编码型感烟探测器	名称:感烟探测器拆除运输	个	549			
2		智能编码型感温探测器	名称:感温探测器拆除运输	个	10			
3		手动报警按钮(带电话插孔)	名称:手动报警按钮拆除运输	个	65			
4		消火栓按钮	名称:消火栓报警按钮拆除运输	个	62			
5		手动启停按钮	名称:手动启停按钮拆除运输	个	3			
6		声光报警器	名称:声光报警器拆除运输	个	65			

18		手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	82			
19		消火栓按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	62			
20		手动启停按钮	1. 名称：手动启停按钮 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	3			
21		声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	88			
22		放气指示灯	1. 名称：放气指示灯 2. 其他按设计图纸及规范要求	套	5			
23		火灾显示板(层显)	1. 名称：火灾显示盘 2. 其他按设计图纸及规范要求	台	15			
24		消防报警电话分机	1. 名称：消防报警电话分机 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	2			
25		消防广播(扬声器)	1. 名称：消防广播（扬声器） 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	94			
26		输入模块	1. 名称：输入模块 2. 其他按设计图纸及规范要	个	16			

			求					
27		输入输出模块	1. 名称 :输入输出模块 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	16			
28		短路隔离模块	1. 名称 :短路隔离模块 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	16			
29		模块箱	1. 名称 :模块箱 2. 其他按设计图纸及规范要求	台	16			
30		气体灭火控制箱	1. 名称: 气体灭火控制器(控制一个区) 2. 其他按设计图纸及规	台	1			

工程名称：市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程

清单：市检察院技术侦查大楼消防设施维修

序号		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注		
			范要求					
31		气体灭火控制箱	1. 名称: 气体灭火控制器(控制两个区) 2. 其他按设计图纸及规范要求	台	1			
32		消防电话主机	1. 名称: 消防电话主机 2. 其他按设计图纸及规范要求	台	1			

工程名称：市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程
清单：市检察院技术侦查大楼消防设施维修

序号		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注		
			2. 配线形式：穿管 3. 型号:WDZN-RYJ 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 其他按设计图纸及规范要求					
41		电源线	1. 名称：电源线 2. 配线形式：穿管 3. 型号:WDZRN-BYJ 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 其他按设计图纸及规范要求	m	1850.77			
42		电话线	1. 名称：电话线 2. 配线形式：穿管 3. 型号:WDZN-RYJ 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 其他按设计图纸及规范要求	m	1291.96			
43		广播线	1. 名称：广播线 2. 配线形式：穿管 3. 型号:WDZN-RYJ 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 其他按设计图纸及规范要求	m	1252.12			
44		控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：穿管 3. 型号:WDZN-KYJ 4. 规格:3*1.5mm ² 5. 其他按设计图纸及规范要求	m	432.9			
45		桥架	1. 名称：桥架 2. 规格:100*50 3. 其他按设计图纸及规范要求	m	80.6			
46		接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	456			
47		多线控制盘	1. 名称：多线控制盘 2. 其他按设计图纸及规范要求	台	1			
48		自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 (2000点以内)	系统	1			
49		广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	1			

本页小计								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

工程名称：市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程
清单：市检察院技术侦查大楼消防设施维修

序号		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注		
		消防水系统维修更换						
50		消火栓	1. 名称：消火栓 维修更换 2. 内容：水枪, 水带, 消火栓更换	个	64			
51		消火栓管道维修	1. 名称：屋顶环管及室内消火栓管维修更换 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN150	m	158			
52		消火栓水泵维修更换	1. 名称：消火栓消防水泵维修更换	台	2			
53		喷淋水栓水泵维修更换	1. 名称：喷淋栓消防水泵维修更换	台	2			
54		焊接法兰闸阀更换	1. 名称：闸阀更换 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
55		Y 型过滤器	1. 名称:Y 型过滤器更换 2. 型号:DN150	台	4			
56		消声止回阀	1. 名称：消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
57		报警装置	1. 名称：湿式报警阀 2. 规格、压力等	组	1			

[illegible]

工程名称：市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程

清单：市检察院技术侦查大楼消防设施维修

[illegible]

本页小计								
合 计								

工程名称：市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程
清单：小河指定居点消防维修

序号		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注		
		火灾自动报警系统安装						
1		智能编码型感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	128			
2		手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	17			
3		消火栓按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	12			
4		声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	17			
5		消防报警电话分机	1. 名称：消防电话分机 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	1			
6		消防广播(扬声器)	1. 名称：消防广播（扬声器） 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	17			

7		输入模块	1. 名称 :输入模块 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	5			
8		输入输出模块	1. 名称 :输入输出模块 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	5			
9		短路隔离模块	1. 名称 :短路隔离模块 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	5			
10		模块箱	1. 名称 :模块箱 2. 其他按设计图纸及规范要求	台	5			
11		火灾报警系统控制主机	1. 名称: 火灾报警系统控制主机1000点以内 2. 其他按设计图纸及规范要求	台	1			
12		火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称: 火灾报警控制微机(CRT) 2. 其他按设计图纸及规范要求	台	1			
13		备用电源及电池主	1. 名称: 备用电源及电	套	2			
本页小计								

工程名称: 市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程
清单: 小河指定居点消防维修

序号		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注		
		机(柜)	池主机(柜) 2. 其他按设计图纸及规范要求					
14		消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称: 消防广播及对讲电话主机(柜) 2. 包含广播及对讲主机, 广播功率放大器	台	1			

			安装					
15		火灾显示板 (层显)	1. 名称 :火灾显示盘 2. 其他按设计图纸及 规范要求	台	5			
16		线管	1. 名称 :配管 2. 材质:JDG 钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式 :沿墙、 板暗敷设 5. 接地要求 :符合设计 规范要求	m	1488.33			
17		消防电气火灾 监控主机	1. 名称: 电气火灾监 控 主机 2. 其他按设计图纸及 规范要求	台	1			
18		电气火灾监 控探测器	1. 名称: 电气火灾监 控 探测器 2. 其他按设计图纸及 规范要求	个	5			
19		信号线	1. 名称 :信号线 2. 配线形式 :穿管 3. 型号:WDZN-RYJ 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 其他按设计图纸及 规范要求	m	3738.6			
20		电源线	1. 名称 :电源线 2. 配线形式 :穿管 3. 型号:WDZRN-BYJ 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 其他按设计图纸及 规范要求	m	1850.77			
21		电话线	1. 名称 :电话线 2. 配线形式 :穿管 3. 型号:WDZN-RYJ 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 其他按设计图纸及	m	1291.96			
本页小计								

本页小计

工程名称：市检察院技术侦查大楼及小河指居点消防设施维修工程

清单：小河指定居点消防维修

序号		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注		
			规范要求					
22		广播线	1. 名称：广播线 2. 配线形式：穿管 3. 型号:WDZN-RYJ 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 其他按设计图纸及规范要求	m	1252.12			
23	5	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：穿管 3. 型号:WDZN-KYJ 4. 规格:3*1.5mm ² 5. 其他按设计图纸及规范要求	m	432.9			
24		桥架	1. 名称：桥架 2. 规格:100*50 3. 3. . 其他按设计图纸及规范要求	m	80.6			
25		接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	215			
26		多线控制盘	1. 名称：多线控制盘 2. 其他按设计图纸及规范要求	台	1			
27		广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 其他按设计图纸及规范要求	个	1			
28		自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试	系统	1			
		消防水灭火系统维修更换						
29		消火栓	1. 名称：消火栓维修更换 2. 内容：水枪，水带，漏水消火栓头更换	个	12			

第二节 商务要求

（一）交付时间：接采购人通知入场之日起 45 日历天

（二）交付地点：贵阳市人民检察院技术侦查大楼及小河指居点

（三）验收标准、规范及方式：本项目服务内容必须满足国家、行业现行验收规范合格标准。

（四）付款条件：工程竣工验收合格后采购人向成交单位支付成交金额的 70%，工程结算评审后，成交单位按结算评审总额的 3%向采购人交纳质保金，采购人支付成交单位工程款至结算评审总额的 100%。质保期为 2 年，质保期满后质保金全额退还成交单位。若结算评审金额超过成交金额，以成交金额作为该工程付款总额。

（五）售后服务：按质保期进行。

（六）履约能力：供应商提供 2 个 2020 年 1 月至今类似项目业绩。（提供中标（成交）通知书或合同复印件，时间以签订合同或签发中标（成交）通知书为准。）

（七）质保期：2 年

（八）投标有效期：90 天

第三节 阐述、演示、样品展示

1、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要阐述

阐述内容要求： /

2、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要演示

演示内容要求： /

3、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要提交样品

样品展示要求： /

特别提醒：

若项目存在阐述、演示或样品展示，将通过文字和图片不直接和评标委员会接触的方式进行描述和展示。采购人（代理机构）应在采购文件中对提供的阐述、演示以及样品展示要求的内容进行说明。供应商提供的阐述、演示以及样品展示资料文件应在响应文件制作过程中在“项目的阐述、演示、样品展示材料”中上传。

第四节 图纸附件

1、（如有可上传）

第五节 实质性要求明细表

序号	技术实质性要求	商务实质性条款	备注
1	技术参数无负偏离或承诺完全响应采购文件中的所有技术/服务要求	完全满足采购文件中的所有商务要求	

说明：采购人或采购代理机构将采购项目中关注的必需响应的实质性条款在上表中一一列明，便于供应商及评审专家理解采购文件。

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

一、评审办法

本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的供应商，在符合采购需求前提下，按照质量和服务较优者的排名优先。

二、响应文件的初步审查

具体审查内容详见初步审查表。

三、报价的评审

评标委员会应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名及以上成交候选人。

四、价格扣除政策（若本品目专门面向中小微企业采购，则本品目不再享受价格扣除政策）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68 号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予/%（联合体/%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对

于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 **10%—20% (由采购人或代理机构确定具体数值)** 的扣除,用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 **4%—6% (由采购人或代理机构确定具体数值)** 的扣除,用扣除后的价格参加评审。)。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实,如有虚假,将依法承担相应责任,包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业《2011》300 号)执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

扣除后的价格只作为评审依据,成交供应商的公告价格为供应商最后报价。

资 格 审 查 表

供应商资格要求			
序号	资格要求	评分点名称	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	具体要求：供应商是法人的，应提供经审计的 2022 年度财务报告。如为新成立公司（成立未满 3 个月的）不能提供上述证明材料，可以提供银行出具的资信证明。	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具体要求：提供具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的承诺函；	
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	具体要求：提供 2023 年度任意连续 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；	
5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
6	法律、行政法规规定的其他条件	供应商须承诺：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果	
7	特殊资格审查	1、本项目供应商须具备建设行业主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级以上资质并具有有效的安全生产许可证。 2. 拟派往本项目的项目负责人（项目经理）具有机电工程（专业）二级及以上建造师及消防专业工程师资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任其他在建项目的项目经理（提供承诺函，格式自拟）。	

8	若本品目专门面向中小微企业	供应商应为中小微企业：提供中小微企业申明函（若为监狱企业提供监狱性单位申明函、若为残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位申明函）
---	---------------	---

符合性审查表

供应商符合性审查内容			
序号	供应商名称审查内容	评分点名称	评审标准
1	商务实质性审查	交付时间	交付时间：接采购人通知入场之日起 45 日历天
2		交付地点	贵阳市人民检察院技术侦查大楼及小河指居点
3		验收标准、规范及方式	本项目服务内容必须满足国家、行业现行验收规范合格标准。
4		付款方式	付款条件：工程竣工验收合格后采购人向成交单位支付成交金额的 70%，工程结算评审后，成交单位按结算评审总额的 3%向采购人交纳质保金，采购人支付成交单位工程款至结算评审总额的 100%。质保期为 2 年，质保期满后质保金全额退还成交单位。若结算评审金额超过成交金额，以成交金额作为该工程付款总额。
5		售后服务	按质保期进行
6		履约能力	供应商提供 2 个 2020 年 1 月至今类似项目业绩。（提供中标（成交）通知书或合同复印件，时间以签订合同或签发中标（成交）通知书为准。）
7		质保期	2 年

8		投标有效期	90 天
9	技术实质性响应审查	技术参数无负偏离或承诺完全响应采购文件中的所有技术/服务要求	
10	报价评审	异常低价审核。备注：供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。	
11	无效标审查	按本项目招标文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过	

备注:评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在响应文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的,作无效投标处理。

评标委员会（签字）

报价记录表

项目名称：项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX

品目名称：品目编号：

地点：贵阳市公共资源交易中心日期：20XX.X.X

序号	供应商名称	初始报价（元）	最终报价（元）	小微企业价格扣除后报价（元）	排序
1					
2					
3					
4					

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标委员会（签字）

第二节 废标条款

- 出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：
- 1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
 - 2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 4. 因重大变故，采购任务取消的；
 - 5. 法律法规规定的其他情形

第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入有效投标供应商家数：

（一）递交的响应文件未在规定时间内解密成功、或未按采购文件要求签署、盖章的；

注：但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

- （二）供应商不符合采购文件规定的资格要求的；
- （三）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
- （四）经评标委员会认定为异常低价的；
- （五）响应文件对采购文件的实质性要求明细表未作出响应的；

（六）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文件和计算错误的内容，经评标委员会认定影响响应文件响应的；

（七）投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价的；

（八）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

（九）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（十）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（十一）未交纳投标保证金的（使用远投网开系统解密响应文件成功的，视为投标保证金已交纳）；

（十二）投标有效期不满足采购文件要求的；

（十三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。

（十四）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

（十五）违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

注：不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 采购公告及采购文件发布

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台(贵州省.贵阳市)(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)及法律法规规定的其他媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要,发布技术参数、开标时间调整等有关变更公告。供应商须关注全国公共资源交易平台(贵州省.贵阳市)、贵州省政府采购网变更公告栏及其他相关网站和媒体发布的关于本项目的相关变更公告,变更公告是采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。

第二节 采购文件获取

一、获取截止时间

开标截止时间前一日 23:59。

二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2019)1035号文件要求,对失信供应商实施信用联合惩戒,拒绝其下载采购文件。

三、采购文件的澄清和修改

(一)、采购文件的澄清和修改:采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标文件递交截止时间至少 3 个工作日前,以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人;不足 3 个工作日的,采购

人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或修改的内容是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的澄清或修改将以更正公告形式发布。

（二）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见采购文件第十三节：质疑和投诉。

第三节 编制和上传投标响应文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间将加密的响应文件上传系统）。

二、递交要求

供应商需使用专用投标文件制作工具，生成加密响应文件上传系统。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法上传。

备注：使用投标文件制作工具制作响应文件时，若上传的资质证书或其他文件带有第三方电子签章的图片或者 PDF 等文件时，请将带有第三方电子签章的文件或图片插入 word 中后上传 word，避免第三方电子签章数据不能正常加载，导致文件不显示第三方签章。请在转换 PDF 和签章时仔细检查对应内容，若因操作引起的第三方签章不显示，相关责任由投标供应商自行承担。

三、响应文件的补充、修改和撤回

（1）供应商在上传响应文件后，在投标截止时间前可撤回其响应文件。撤回后重新编辑修改后生成新的加密响应文件重新上传。

（2）若本项目采购文件发生变更，请按照最新变更后的采购文件重新编制响应文件，加密上传。否则开标时未能正常解密，视为无效标处理。

（3）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回响应文件。

特别提示：供应商使用专用响应文件制作工具，通过 CA 锁生成加密响应文件。投标截止时间前，供应商可随时撤回和重新递交响应文件。

第四节 竞争性谈判程序

一、谈判时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、谈判地点

本项目采用贵阳市公共资源交易中心电子交易系统进行。

三、竞争性谈判流程

1. 会议准备：投标供应商应于响应文件递交截止时间前 30 分钟登录贵阳市公共资源交易中心电子交易系统，检查设备和网络是否能正常使用。

2. 解密响应文件：响应文件递交截止时间起，采购人或代理机构点击开始解密，投标供应商须在系统规定的解密时间内完成解密。解密完成后自动转入评审流程。解密后投标供应商不足 3 家的，本项目作废标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。

3. 评审流程：评标委员会登录在线评标系统，确认无需回避后，通过评标系统自动推选一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

3.1 资格性审查：评标委员会依照《资格审查表》所列内容对供应商进行资格性审查，审查通过的供应商进入符合性审查，通过资格性审查的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。

3.2 符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节，通过符合性审查的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。

3.3 谈判及最后报价：评标委员会在线发出谈判指令，供应商在系统提示的时限内完成承诺函填写（承诺函内容中包含最后报价），加盖单位电子公章后提交。未在时限内完成提交承诺函的，视为退出谈判。提交最终报价的供应商不得少于 3 家，不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。

3.4 谈判结束后，根据供应商的最后报价及相关承诺，评标委员会对合格的 3 家及以上的供应商进行价格评比，在全部满足谈判文件实质性要求前提下，按最后报价由低到高顺序排列谈判成交候选供应商，推荐最后报价不超过财政预算且报价最低的供应商为成交供应商。最终报价相同的供应商，在符合采购需求前提下，按照质量和服务较优者的排名优先。

3.5 评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

3.6 评标报告：评标组长根据谈判情况，主持编写评标报告。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。持不同意见的评标委员会成员应当在报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.7 评标结束：评标委员会出具评标报告，复核无误签字确认后，评标组长点击评标工作结束，评标专家方可离开评标区，不得擅自进入其他评标室。评审费用由系统自动计算发放。

三、评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技

术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

（一）享有的权利：

1. 对政府采购制度及相关情况的知情权；
2. 对供应商所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选供应商的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

（二）承担的义务：

1. 为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、响应文件表述出现前后不一致的，以下列先后顺序为准：

- （1）投标函与其他文件不一致的，以投标函为准；
- （2）响应文件前后不一致的，以响应文件的前述内容为准。
- （3）采购文件和附件内容不一致的，以采购文件正文为准。

同时出现两种以上不一致的，以上述先后顺序为准。

特别提醒：使用远投网开系统参与开标的供应商应注意以下几点：

1. 设备、软件、CA 应满足本次远程磋商会议要求；
2. 供应商应保证使用编制响应文件的 CA 解密时，设备正常，网络稳定，确保在规定时间内完成解密活动；若供应商未在规定时间内无法完成解密的，视为未响应投标，作无效标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2019)1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。
3. 在评标委员会评审期间（未发出谈判指令前），供应商应保持在设备旁，确保及时完成在线谈判活动。未在系统规定时间内完成最后报价的，相关责任由投标供应商自行承担。

第五节 发布中标（成交）结果公告及发送中标（成交）通知书

一、中标（成交）结果公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网 (<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 及法律法规规定的其他媒体。

二. 中标（成交）结果公告和中标（成交）通知书发布流程

采购人应当通过系统自评审结束之日起 7 个工作日内点击发布中标（成交）结果公告，同时向中标人发送中标通知书。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标（成交）供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝确定该供应商为中标人，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

对未通过资格审查的供应商，由系统自动告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，由系统自动告知未中标本人的评审得分和排序。

第六节 支付代理服务费

一、收费标准

代理机构严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，告知有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，并在相关服务合同中约定。代理机构提供的服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

代理服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）计算，不足壹万按壹万元收取。

由 ☐ 采购人 ☒ 中标人支付。

二、支付方式

中标（成交）通知书发出同时，☐ 采购人 ☒ 中标人向代理机构支付代理服务费。代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、账户信息

户 名：贵州阳光产权交易所有限公司

账 号：2181010001201100015343

开户行：贵阳农村商业银行股份有限公司

第七节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收

一、合同签订、备案及公告时间

采购人在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编制和签订政府采购合同，中标（成交）供应商收到采购人发出的采购合同后应当在 5 个工作日内完成网签，若合同内容超出约定事项的，中标（成交）供应商应点击退回并说明退回理由，无正当理由退回或超期未

在系统进行操作,采购人可视为中标(成交)供应商拒绝签订合同,放弃中标资格。采购合同签订完成后,推送至同级财政部门备案,并将政府采购合同自动同步在全国公共资源交易平台(贵州省·贵阳市)(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)上公告,同时还应在贵州省政府采购网(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)进行公告。

中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标或者成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。

二、采购合同备案完成后,采购人可自行通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统打印《贵阳市公共资源进场交易证明书》。采购人凭《贵阳市公共资源进场交易证明书》到财政部门办理后续资金拨付等相关手续。

三、履约验收

中标人在合同约定服务期(供货期)内,完成合同约定内容,可向采购人提交履约验收申请,采购人应按照合同约定方式在规定期限内完成履约验收工作,并将验收相关资料上传贵阳市公共资源交易电子招投标系统,并在全中国公共资源交易平台(贵州省·贵阳市)(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)进行公告。

第八节 质疑和投诉

一、质疑

(一) 质疑时效

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日(政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日,是指:(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;(二)对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;(三)对中标或者成交结果提出质疑的,为中标或者成交结果公告期限届满之日。)起七个工作日内,通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统向采购人或代理机构提出质疑。

(二) 受理条件

供应商所提出质疑,必需有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据,对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑,可不予受理。

(三) 质疑函内容:

质疑函内容包含:供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话;质疑项目的名称、项目序列号;质疑事项和与质疑事项相关的请求;事实依据;必要的法律依据;提出质疑的日期(系统自动生成)。

(四) 递交方式

在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内,通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑质疑函,并上传必要的证明文件,加盖电子章后,推送采购人和代理机构。

（五）质疑回复

代理机构在法定期限内对质疑事项作出答复，经采购人确认后，系统自动将**质疑事项和答复内容**通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

（一）投诉时效

提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

（二）受理条件

满足《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十九条规定。

（三）递交方式

在法定时限内发起投诉。通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑投诉书，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送监督部门。

（四）投诉回复

供应商发起投诉后，监督部门应在 5 个工作日内确认是否受理。监督部门应当自收到投诉之日起 30 个工作日内是对投诉事项作出处理决定，编辑投诉处理决定书，点击发布投诉处理决定公告后，系统自动将投诉事项和处理决定内容通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

第五章 政府采购合同

政 府 采 购 合 同（货物类） （试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（货物类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：

二、供货期期限

本合同从____年____月____日起至____年____月____日止。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 招标/采购公告（包括更正公告）；
- (2) 招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- (3) 中标（成交）通知书（如果有）；
- (4) 投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- (5) 专用合同条款及附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 清单；

(9) 经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；

(7) 分项报价表;

(9) 中标材料质量标准的详细描述;

(10) 相关服务计划;

(11) 其他合同文件。

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥ _____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

八、订立地点

本合同在（采购人地址）贵阳市公共资源交易中心电子交易系统订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以

及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）	供应商：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：_____	统一社会信用代码：_____
地址：_____	地址：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：_____
传真：_____	传真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账号：_____	账号：_____

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 包装、运输和交付

2.1 包装

2.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2.2 运输

2.2.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用 m³ 表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方。

2.3 交付

2.3.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

2.3.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

第3条 货物检验和验收

3.1 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

3.2 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：

（1）由买方对合同材料进行检验；

（2）由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；

(3) 专用合同条款约定的其他方式。

3.3 若合同约定了合同材料的最低质量标准,且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的,视为合同材料符合质量标准,买方应验收合同材料,但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

3.4 合同材料由第三方检验机构进行检验的,第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

3.5 合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

第4条 质量保证期

4.1 除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外,合同材料的质量保证期自合同设备/材料验收之日起算。

4.2 除非因买方使用不当,合同设备/材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题,卖方应负责对合同设备/材料进行修补和退换。更换的合同设备/材料的质量保证期应重新计算。

4.3 质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后,买方应向卖方出具合同设备/材料的质量保证期届满证书。

第5条 合同价款支付

5.1 合同签订生效后,采购人应按合同约定支付合同价款,合同价款的支付细节,合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第6条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的,由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第7条 不可抗力

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第8条 合同转让和分包

除招标文件规定，并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第9条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第 10 条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第 11 条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 12 条 争议的解决

12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充

文件，双方均应遵照执行。

12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉；
- （3）法律法规另有规定除外。

第 13 条 违约责任

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 14 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

政 府 采 购 合 同（工程类）

（试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（工程类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：
- 6、工程承包范围：

二、工期

计划开工日期： _____年____月____日

计划竣工日期： ____年__月__日

工期总日历天数： ____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸
- （9）已标价工程量清单或预算书；
- （10）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标（成交）通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其它合同文件

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥ _____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

八、订立地点

本合同在 （采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统 订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 工期

供应商应按照专用合同条款约定的时间，向工程师提交进度计划。经工程师审批后的进度计划具有合同约束力，供应商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，工程师应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给工程师审批。

第3条 工程质量

3.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

3.2 质量检查

采购人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

第4条 竣工验收

4.1 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，供应商即可向工程师报送竣工验收申请报告。

4.2 竣工和验收

工程师审查后认为具备竣工验收条件的，提请采购人进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由工程师向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

4.3 试运行

除专用合同条款另有约定外，供应商应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

4.4 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至工程师检验合格为止。竣工清场费用由供应商承担。

第5条 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算，乙方所提供的质量保修期不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低要求。

第6条 合同价款支付

6.1 合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第7条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第8条 不可抗力

8.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

8.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同

义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第 9 条 合同转让和分包

除招标文件规定, 并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第 10 条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第 11 条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第 12 条 合同的变更、中止或终止

12.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

12.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 13 条 争议的解决

13.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (3) 法律法规另有规定除外。

第 14 条 违约责任

14.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

14.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 15 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

政 府 采 购 合 同（服务类）

(试行)

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（服务类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：

二、服务期限

本合同从____年____月____日起至____年____月____日止。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）服务清单；
- （9）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同

条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 服务清单；
- (8) 其它合同文件

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥ _____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

八、订立地点

本合同在 （采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统 订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务清单、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

采购人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 质量要求

2.1 本项目服务质量须符合现行国家有关服务类别的相关质量验收规范和标准要求。有关服务质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.2 因供应商原因造成服务质量未达到合同约定标准的，采购人有权要求供应商返工直至服务质量达到合同约定的标准为止，由供应商承担由此增加的费用，并承担采购人因此产生的所有经济损失。

第3条 服务验收

3.1 供应商应对提交的项目成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的项目成果交给采购人。

3.2 采购人或者采购人的最终用户应当可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行阶段验收，并出具阶段验收证明/书，以此作为付款阶段的凭证。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

第4条 质量保证

4.1 合同当事人应根据服务的功能、用途、特点等在专用合同条款中单独约定质量保证的期限、范围等。

4.2 供应商提供服务的质量保证期可由双方在专用合同条款约定。

4.3 在质量保证期内, 供应商应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

第5条 合同价款支付

5.1 合同签订生效后, 采购人应按合同约定支付合同价款, 合同价款的支付细节, 合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第6条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的, 由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第7条 不可抗力

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务, 不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后, 当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务, 并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第8条 合同转让和分包

除招标采购文件另有规定, 并经采购人事先书面同意外, 供应商不得部分或全部转让或分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第9条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第10条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第11条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第12条 争议的解决

12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉；
- （3）法律法规另有规定除外。

第 13 条 违约责任

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 14 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）服务标准；
- （六）价款或者报酬；
- （七）期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

第三部分 供应商须知

第六章 响应文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供由翻译机构盖章或翻译人员签名的中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时供应商应提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 有重复或多余标记，未对响应文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

二、制作和生成

响应文件需通过贵阳市公共资源交易中心提供的专用投标文件制作软件制作和生成。

三、电子签章

响应文件中上传的复印和扫描件应加盖供应商电子公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行电子签章。但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

四、上传

在投标截止时间之前，供应商通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统-采购业务板块，选择已参与项目，点击进入“上传响应文件”模块中上传。

不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

第二节 响应文件组成

一、政府采购响应文件类别

服务类响应文件。

二、组成

各类响应文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见响应文件格式文本。

第三节 响应文件格式范本

XXXXXX（项目名称） 响应文件

项目序列号： 20XX - ZFCG- XXXX
项目编号： _____
项目名称： _____
品目编号： _____
品目名称： _____
采购方式： _____ 采购类别： _____
供 应 商： _____
详细地址： _____
联 系 人： _____ 电 话： _____

20XX 年 XX 月

目 录

(按照投标文件组成内容完善目录明细)

第一 报价文件

一、投标报价函

二、报价明细表

三、投标供应商授权委托书

第二 资格性文件

(一) 一般资格

1 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明

2 财务状况报告材料

3 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证

5 无重大违法记录的声明函

6 供应商信用记录承诺书

(二) 特殊资格材料

(三) 中小微企业声明函及附件

(四) 残疾人福利单位声明函

(五) 监狱性单位声明函

第三 响应性文件

- （一）采购文件实质性要求响应
- （二）响应文件技术响应内容信息
- （三）响应文件商务响应内容信息
- （四）供应商遵守政府采购法规的声明
- （五）其他技术和商务要求提供的材料

第四 项目的阐述、演示、样品展示材料（若有）

- （一）项目的阐述、演示、样品展示材料

第五 其它补充材料

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

- （一）其他补充材料

第一 报价文件

(一) 投 标 报 价 函

1. 本供应商就_____（项目名称）的_____品目号/名称_____

投标报价：_____（单位：以采购文件约定的计价单位为准）

本投标报价为验收合格并交付使用价。包含专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 服务期/交货期/工期：_____。（服务期/交货期/工期：以采购文件约定的单位为准）

3. 服务地点/交货地点/建设地点：_____。

4. 投标有效期：_____。

5. 质保期：_____。

6. 联合体投标：_____。

7. 其他：_____。

二、递交资料

上传电子响应文件一份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 本供应商就不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 本供应商就已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

章)： 供应商名称（盖

投标日期：

(三) 报价明细表

项目名称：项目序列号：

品目名称：品目编号：

序号	服务项目内容	数量（单位）	单价	总价	服务标准

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：

投标日期：

（四）供应商授权委托书

1.1 法定代表人身份证明

致（采购人）：

（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称（项目序列号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>正面（国徽）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>	<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>反面（人像）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>
--	--

法定代表人（印章）：

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购人）：

（投标单位全称或联合体牵头人） 法定代表人姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目序列号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）

法定代表人（印章）：

被授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

年 月

日

第二 资格文件

（一）一般资格

1. 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2. 财务状况报告材料（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：____采购人____

____（供应商全称）____，参加贵单位组织的项目序列号为：____，项目名称：____，品目名称为：____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：
年 月 日

6. 其他法规规定的需要提供的资料

- 6.1 供应商信用记录承诺书

供应商信用记录承诺书

致： 采购人
 (供应商全称) ，参加贵单位组织的项目序列号为： ，项目名称： ，品目名称为： 的政府采购活动，在此郑重声明：自本项目招标公告发布之日起至截止开标时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：
 年 月

日

（二）特殊资格材料

（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）

（四）中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函及附件

1.中小微企业声明函

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

3. 监狱企业声明函及附件

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第三 响应性文件

(一) 采购文件实质性要求响应

政府采购供应商实质性响应符合审查表

项目名称：

项目序列号：

品目名称：

品目编号：

投标供应商名称			
商务部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	投标文件响应内容	备注

技术部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	投标文件响应内容	备注

供应商注意事项：1. 本表采购文件具体要求对应采购文件第二章第五节《实质性要求明细表》内容，供应商必需如实填写。

供应商名称(盖章)：

年 月 日

(二) 响应文件技术响应内容信息

技术部分响应表			
序号	采购文件技术要求	响应内容	备注说明

年 月 日

供应商名称（盖章）：

供应商注意事项：

1. 本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。

（三）响应文件商务响应内容信息

商务部分响应表			
序号	采购文件商务要求	响应内容	备注说明

年 月 日

供应商名称（盖章）：

供应商注意事项：

本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。

（四）供应商遵守政府采购法规的声明

供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：_____（采购人名称）

我公司自愿参加_____（采购人名称）的_____（项目名称），（品目名称）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

供应商名称（盖章）：
年 月

日

（五）其它技术和商务要求提供的材料（若有）

供应商认为与本项目技术和商务要求中相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第七 项目的阐述、演示、样品展示材料（若有）

内容仅支持文字和图片，格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章。

第九 其它补充材料

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第七章 远投网开注意事项

详见贵阳市公共资源交易中心发布的操作手册。供应商在使用过程中操作遇到问题时，请及时向贵阳市公共资源交易中心技术处咨询，**联系方式为座机：0851-84839751/84839761。**

第八章 优惠性政策法规

附件：优惠性政策法规

1. 政府采购促进中小微企业发展管理办法

《政府采购促进中小微企业发展管理办法》 财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小微企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小微企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小微企业在政府采购中的份额，支持中小微企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小微企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小微企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小微企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小微企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小微企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小微企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小微企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小微企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小微企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小微企业提供的，采购人应当专门面向中小微企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小微企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小微企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小微企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小微企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小微企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小微企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小微企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小微企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小微企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小微企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小微企业声明函》之外的中小微企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小微企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小微企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小微企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小微企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小微企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小微企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小微企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小微企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小微企业引入信用担保手段，为中小微企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小微企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小微企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小微企业主管部门负责。

中小微企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小微企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小微企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小微企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小微企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小微企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小微企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小微企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小微企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小微企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

- 附：1. 中小微企业声明函
2. 面向中小微企业预留项目执行情况公告

附 1

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

（单位名称）××年面向中小微企业
预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小微企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小微企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

面向中小微企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小微企业采购金额	合同链接
	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小微企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
...
...				

部门（单位）名称：

日期：

2. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小微企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小微企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市

等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会
2017 年 8 月 22 日

3. 监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68号

**财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展
有关问题的通知
(财库〔2014〕68号)**

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小微企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日