

贵阳市花溪区中医院

电子鼻咽喉镜等设备采购项目

采购文件

(2024 年 9 月)

项目序列号:	P5201112024000A9S		
项目编号:	ZFCG20240919051		
项目名称:	电子鼻咽喉镜等设备采购项目		
品目编号:	P5201112024000A9S001		
品目名称:	电子鼻咽喉镜等设备采购项目		
采购方式:	公开招标	采购类别:	货物类
采购人:	贵阳市花溪区中医院		
代理机构:	贵州卫虹招标有限公司		

目 录

第一部分 专用部分	6
第一章 采购范围	7
第一节 采购项目概述	7
第二节 <input checked="" type="checkbox"/> 货物要求 <input type="checkbox"/> 服务要求 <input type="checkbox"/> 工程要求	8
第三节 供应商资格条件	8
第二章 采购清单、技术参数及商务要求	10
第一节 采购清单及技术参数	10
第二节 商务要求	27
第三节 阐述、演示、样品展示	29
第四节 图纸附件	30
第五节 实质性要求明细表	31
第三章 评标办法及评分标准	32
第一节 评标办法	32
第二节 评分标准	32
第三节 废标条款	42
第四节 无效标条款	42
第二部分 通用部分	44
第四章 政府采购程序	45
第一节 采购公告及采购文件发布	45
第二节 采购文件获取	45
第三节 编制和上传投标响应文件	46
第四节 开标	46
第五节 资审审查（适用于公开招标的货物类和服务类项目）	47
第六节 评标	47
第七节 发布中标（成交）结果公告及发送中标（成交）通知书	49
第八节 支付代理服务费	49
第九节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收	50
第十节 质疑和投诉	50
第五章 政府采购合同	52
第一部分 合同协议书	54
一、项目概况	54
二、供货期期限	54
三、合同文件构成	54
四、合同文件解读及其优先顺序	55
五、合同金额（中标价）	56
六、履约保证金	56
七、订立时间	56
八、订立地点	56
九、合同生效	56
十、补充协议	56
十一、其它	57
第二部分 通用合同条款	58

第1条 一般约定	58
1.1 严禁贿赂	58
1.2 国家、社会公共利益	58
1.3 保密	58
第2条 包装、运输和交付	58
2.1 包装	58
2.2 运输	59
2.3 交付	59
第3条 货物检验和验收	59
第4条 质量保证期	60
第5条 合同价款支付	60
第6条 履约担保	60
第7条 不可抗力	61
第8条 合同转让和分包	61
第9条 节能环保	61
第10条 合同解除	62
第11条 合同的变更、中止或终止	62
第12条 争议的解决	62
第13条 违约责任	63
第14条 其他	63
第三部分 专用合同条款	64
第一部分 合同协议书	67
一、项目概况	67
二、工期	67
三、合同文件构成	68
四、合同文件解读及其优先顺序	68
五、合同金额（中标价）	69
六、履约保证金	69
七、订立时间	69
八、订立地点	69
九、合同生效	70
十、补充协议	70
十一、其它	70
第二部分 通用合同条款	72
第1条 一般约定	72
1.1 严禁贿赂	72
1.2 国家、社会公共利益	72
1.3 保密	72
第2条 工期	72
第3条 工程质量	73
3.1 工程质量要求	73
3.2 质量检查	73
第4条 竣工验收	73
4.1 竣工验收申请报告	73

4.2 竣工和验收	73
4.3 试运行	73
4.4 竣工清场	74
第5条 保修责任	74
第6条 合同价款支付	74
第7条 履约担保	74
第8条 不可抗力	74
第9条 合同转让和分包	75
第10条 节能环保	75
第11条 合同解除	75
第12条 合同的变更、中止或终止	75
第13条 争议的解决	76
第14条 违约责任	77
第15条 其他	77
第三部分 专用合同条款	78
第一部分 合同协议书	81
一、项目概况	81
二、服务期限	81
三、合同文件构成	81
四、合同文件解读及其优先顺序	82
五、合同金额（中标价）	82
六、履约保证金	82
七、订立时间	82
八、订立地点	82
九、合同生效	82
十、补充协议	82
十一、其它	83
第二部分 通用合同条款	84
第1条 一般约定	84
1.1 严禁贿赂	84
1.2 国家、社会公共利益	84
第3条 服务验收	84
第4条 质量保证	85
第5条 合同价款支付	85
第6条 履约担保	85
第7条 不可抗力	85
第8条 合同转让和分包	85
第9条 节能环保	86
第10条 合同解除	86
第11条 合同的变更、中止或终止	86
第12条 争议的解决	86
第13条 违约责任	87
第14条 其他	87
第三部分 专用合同条款	88

第三部分 供应商须知	89
第六章 响应文件的编制	90
第一节 编制要求	90
第二节 响应文件组成	91
第三节 响应文件格式范本	92
第七章 远投网开注意事项	120
第八章 优惠性政策法规	121

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目及品目概述

本项目现需采购 1 批电子鼻咽喉镜等设备。

二、采购预算

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为 大写壹佰壹拾柒万壹仟陆佰元整 (¥小写 1171600.000000 元)。

其中 (若有) 品目名称: 电子鼻咽喉镜等设备采购项目, 采购预算为 大写壹佰壹拾柒万壹仟陆佰元整 (¥小写 1171600.00 元)。

本项目的最高限价为: 大写壹佰壹拾柒万壹仟陆佰元整 (¥小写 1171600.00 元)。

其中 (若有) 品目名称: 电子鼻咽喉镜等设备采购项目, 最高限价为 大写壹佰壹拾柒万壹仟陆佰元整 (¥小写 1171600.00 元)。

本项目按 (☒ 总价 ☐ 单价 ☐ 下浮率 ☐ 费率 ☐ 固定价 ☐ 多种报价) 进行投标报价。(请投标供应商在开标一览表“投标多种报价”填写投标总价)

计价单位/ (以采购文件约定的计价单位为准)

三、采购合同管理:

1. 是否允许分包: ☐ 是 ☒ 否

2. 分包履行的具体内容 (包含: 分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容)、金额或者比例: 无

四、本项目 ☐ 是 ☒ 否为政府购买服务项目 (含政府和社会资本合作项目)。

五、根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购: ☐ 是 ☒ 否, 具体内容为: (无)

特别提示: 如采购项目或品目涉及中小微企业采购的, 采购文件应当遵守《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第十二条规定。

六、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

七、采购人

1. 采购人名称: 贵阳市花溪区中医院

2. 地址: 贵阳市花溪区贵筑路 155 号

3. 联系人: 张老师

4. 联系电话/传真: 0851-83851656

5. 电子邮箱: /

八、代理机构

1. 名称：贵州卫虹招标有限公司
2. 地址：贵州省贵阳市中华中路 8 号时代广场 18 楼 D 座
3. 联系人：罗进梅
4. 联系电话/传真：18786631522
5. 电子邮箱：2711820240

九、监督部门

监督部门：贵阳市花溪区财政局
监督电话：0851-88231605
详细地址：贵阳市花溪区明珠大道 192 号花溪区财政局

第二节 ☒货物要求 ☐服务要求 ☐工程要求

一、☒货物范围 ☐服务范围 ☐工程范围

本项目采购的货物来源范围要求为本国合法生产商、经销商提供的产品。

二、须满足的规范，标准

本项目执行的规范或标准以相应的国家或者行业标准及采购文件规定的具体要求为准。

第三节 供应商资格条件

本品目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于参加政府采购活动，有意愿向采购人提供服务的法人、非法人组织或者自然人。

（一）符合《政府采购法》及其实施条例的有关规定并提供相应资料：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供 2022 年度（或 2023 年度）经审计的财务报告，或 2024 年基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供 2024 年银行出具的资信证明。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：（1）提供 2024 年任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件（依法免税的供应商须提供相应证明文件）；

（2）提供 2024 年任意三个月社会保障资金缴纳证明材料复印件（不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见相关文件范本）。

6. 法律、行政法规和国家有关规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中

国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式文件详见相关文件范本）

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）所需特殊行业资质或要求：

供应商须具备：（1）投标产品属于医疗器械管理的产品且供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可证备案证明材料复印件；

（2）投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证或登记表复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。

（三）本品目 ☐ 接受 ☒ 不接受 联合体投标（/）

（四）本品目 ☐ 是 ☒ 否 专门面向中小微企业采购。（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业）

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

一、采购清单

序号	产品名称	数量	备注
1	电子鼻咽喉镜	1	含主机一套，鼻、咽喉镜各 2 套，可同步满足鼻咽检测使用)
2	内窥镜摄像系统	1	鼻、耳内镜同一套主机，可同步满足耳鼻检测使用；含鼻内镜 0 度镜、鼻内镜 70 度镜、耳内镜 0 度镜各 2 条，以及配套镜盒、工作站系统
3	内镜一体化清洗消毒中心	1	
4	听力计	1	
5	测听室	1	
6	中耳分析仪	1	
7	耳鼻喉治疗台	1	
8	前鼻镜（鼻镜）	1 批	配套器械
9	间接喉镜	1 批	
10	枪状镊	1 批	
11	电耳镜	1 批	
12	鼻骨骨折复位钳	1 批	
13	耵聍钩	1 批	
14	治疗盘	1 批	

二、技术参数要求

序号	产品名称	技术参数要求
----	------	--------

1	电子鼻咽喉镜	<p>一、检查镜</p> <p>1.操作手柄（含插入管）：</p> <p>1.1 适用范围：适用于鼻咽喉腔的观察和诊断。</p> <p>1.2 成像原理：电子成像技术。</p> <p>★1.3 采用高清 CMOS 镜头。</p> <p>★1.4 软镜插入管外径$\leq 3.1\text{mm}$，无工作通道，插入部有效长度$\geq 300\text{mm}$。</p> <p>1.5 视场角$\geq 90^\circ$。</p> <p>1.6 景深：2-50mm。</p> <p>★1.7 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲 130°，向下弯曲 130°，双向弯曲 260°。</p> <p>1.8 弯角手轮上应有操作方向 U、D 标记，角度把手调节至 D 处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至 U 处时，弯曲部向上弯曲。</p> <p>1.9 操作手柄具有 3 个具备独立电子功能的按键。</p> <p>1.9.1 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；</p> <p>1.9.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；</p> <p>1.9.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能。</p> <p>1.10 照度：$\geq 7000\text{lx}$。</p> <p>1.11 内置 LED 冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。</p> <p>1.12 连接方式：采用立体式航空插座技术连接。</p> <p>1.13 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。</p> <p>1.14 消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。</p> <p>2.产品维护服务：软件终身免费升级。</p> <p>3.培训服务：</p> <p>3.1 提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握产品操作技能。</p> <p>3.2 拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。</p> <p>4.配置清单：</p> <p>（1）电子鼻咽喉镜操作部(含主控软件) 1 条。</p> <p>（2）防水盖 1 个。</p> <p>二、治疗镜</p> <p>1.操作手柄（含插入管）：</p> <p>1.1 适用范围：适用于鼻咽喉腔的观察、诊断和治疗。</p> <p>1.2 成像原理：电子成像技术。</p> <p>★1.3 采用高清 CMOS 镜头。</p> <p>★1.4 软镜插入管外径$\leq 5\text{mm}$，工作通道$\geq 2.0\text{mm}$，插入部有效长度$\geq 365\text{mm}$。</p> <p>1.5 视场角$\geq 90^\circ$。</p> <p>1.6 景深：2-50mm。</p> <p>1.7 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲 130°，向下弯曲 130°，双向弯曲 260°。</p> <p>1.8 弯角手轮上应有操作方向 U、D 标记，角度把手调节至 D 处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至 U 处时，弯曲部向上弯曲。</p>
---	--------	--

		<p>★1.10 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左 120°，向右 120°。</p> <p>1.11 吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。</p> <p>1.12 操作手柄具有 3 个具备独立电子功能的按键。</p> <p>1.12.1 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；</p> <p>1.12.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；</p> <p>1.12.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能。</p> <p>1.13 照度：≥7000lx。</p> <p>1.14 内置 LED 冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。</p> <p>★1.15 通道吸引量：≥400 ml/min。</p> <p>1.16 连接方式：采用立体式航空插座技术连接。</p> <p>1.17 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。</p> <p>1.18 消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。</p> <p>2.产品维护服务：软件终身免费升级。</p> <p>3.培训服务：</p> <p>3.1 提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握产品操作技能。</p> <p>3.2 拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。</p> <p>4.配置清单：</p> <p>（1）电子鼻咽喉镜操作部（含主控软件） 1 条；</p> <p>（2）防水盖 1 个；</p> <p>（3）活检阀帽 5 个；</p> <p>（4）吸引按钮 2 个。</p> <p>三、电子内窥镜图像处理器</p> <p>1.技术参数</p> <p>1.1 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。</p> <p>1.2 触摸屏：电容式触摸屏。</p> <p>1.3 高清视频信号输出分辨率：≥1280×800。</p> <p>1.4 显示功能：自带显示屏 10 英寸，开机时间≤5 秒，能实现图像实时显示,满足临床快速使用需求。</p> <p>1.5 通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。</p> <p>1.6 能够同时连接两条内窥镜，具备 2 路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。</p> <p>1.7 存储功能：配备有外置存储卡，可以存储图片及视频，内存 64G, 可兼容 128G。</p> <p>1.8 视频及照片回放：本机上可实时回放视频及照片。</p> <p>1.9 白平衡功能：具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能。</p> <p>1.10 预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。</p> <p>1.11 调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出</p>
--	--	---

	<p>16:9、4:3 以及 16:10 三种显示比例的图像,满足不同场景下观看需求。</p> <p>1.12 具有≥ 3种输出图像形状可选,满足不同操作者的习惯。</p> <p>1.13 亮度调节功能: 4级亮度调节,可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度(非仅调节显示屏亮度)。</p> <p>1.14 关灯功能:可控制搭配使用的内窥镜关闭LED灯。</p> <p>1.15 色彩参数设置:可进行色彩参数调节,包括对比度、饱和度及亮度等。</p> <p>1.16 色彩还原性≥ 4级。</p> <p>1.17 用户访问控制:可设置开机后输入管理用户的账号密码,输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。</p> <p>1.18 视频转接线:搭配指定型号内镜时可选配180度可旋转的视频转接线,调整视频线方向,配合更多诊疗操作。</p> <p>1.19 视频输出接口:有BNC视频输出接口和DVI视频输出接口,可与医用显示器或工作站连接并输出图像显示。</p> <p>1.20 录像显示及电量提示功能:具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示(用于显示充电电量或适配器连接充电提示)。</p> <p>1.21 产品维护:软件终身免费升级。</p> <p>1.22 供电方式:</p> <p>(1) 电池供电:具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间≥ 4小时。</p> <p>(2) 交流电供电:可通过接入DC适配器连接交流电使用,可通过适配器实现24小时连续工作。</p> <p>1.23 产品兼容性:可兼容同一品牌的电子支气管内窥镜和电子鼻咽内镜。</p> <p>2.配置清单</p> <p>(1) 电子内窥镜图像处理器(含主控软件)1台;</p> <p>(2) AC适配器1个;</p> <p>(3) AC适配器电源线1条;</p> <p>(4) BNC-BNC视频线1条;</p> <p>(5) DVI-DVI视频线1条;</p> <p>(6) SD读卡器1个;</p> <p>(7) 64G SD卡1个;</p> <p>(8) 便携式内镜图文管理工作站1套。</p> <p>四、耳内窥镜技术参数</p> <p>1.外形尺寸(mm)镜体外径:$\Phi 2.7$;视向角:0° 视场角:$\geq 60^{\circ}$,有效景深范围:1-200mm;目镜罩外径:$\Phi 31.75$;工作长度:110mm。</p> <p>2.在工作距离处成像应清晰,清晰范围应\geq视场直径的70%,视场边缘应圆整,在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病。</p> <p>3.各联接部位牢固可靠。</p> <p>4.密封良好,经密封性试验后,无成像模糊等异常现象。</p> <p>5.外表面及镜端面应光滑,不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷。</p> <p>6.支持高温高压、低温等离子灭菌方式。</p> <p>五、鼻窦镜技术参数</p>
--	--

		<p>1.外形尺寸（mm）镜体外径：Φ3；视向角：0° 视场角：≥60°，有效景深范围：1-200mm；目镜罩外径：Φ31.75；工作长度：175mm。</p> <p>2.在工作距离处成像应清晰，清晰范围应≥视场直径的 70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病。</p> <p>3.各联接部位牢固可靠。</p> <p>4.密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象。</p> <p>5.外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷。</p> <p>6.支持高温高压、低温等离子灭菌方式。</p>
2	内窥镜摄像系统	<p>一、4K 超高清医用显示器：（1 台）</p> <p>1.尺寸≥27 寸，医学专用监视器。</p> <p>2. 4K 超高清分辨率：≥3840×2160 像素。</p> <p>3.带有 dvi 或 hdmi 高清接口。</p> <p>二、内窥镜摄像系统：（1 台）</p> <p>★1.全数字化超高清摄像头具有三个或以上按键。传感器：采用全高清 1/3 英寸高亮度逐行扫描 CMOS 技术。</p> <p>2.图像控制显示：具备冻结、图像放大、亮度增加和亮度减少，图像水平和垂直镜像功能，位置可调节，去纤维镜消网格功能。光学接口 20mm。</p> <p>3.超高清分辨率：≥1920（水平）×1080P（垂直）。</p> <p>4.扫描标准：≥1125 线，60 帧，可实现图像翻转和镜像，图像冻结（FREEZE），10 级电子放大（ZOOM）。</p> <p>5.全高清视频输出：HDMI、DVI 等接口。</p> <p>6.最低照度：5Lx at F5.5。</p> <p>7.视频输出清晰度：超高清 1080P 的图像效果。</p> <p>8.白平衡：AWC(自动白平衡控制)、ATW(自动追踪白平衡)和 MANU(手动控制白配合)。</p> <p>9.电子快门：AUTO：可调范围 1/50-1/10000S，STEP：可调范围 1/50（OFF），1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，1/10000S。</p> <p>10.菜单记忆功能，可随意切换不同科室，纤维镜消网格功能，具有图像冻结、图像放大、图像水平和垂直镜像功能所显示图像位置可调整，图像颜色、锐度、消光强度等可匹配不同镜体。功能控制：R 增益，B 增益和 ELC LEVEL；增益选择：AGC 增益提高可选择。</p> <p>11.灵敏度增强：OFF，AUTO（×2/×4/×8），MANU（×2/×4/×8）。</p> <p>12.特殊功能：带有 USB 接口，全数字存储（U 盘存储），方便快捷的录制手术视频和图片；支持 U 盘存储 1080P 动态录像和图片存储，U 盘容量和录像时间：U 盘容量：≥64G；存储时间：≥12 小时。</p> <p>13.LAN 接口：网络直播功能(远程接口)，可实现一体化手术室。</p> <p>14.最高防水级别（IPX8）摄像头，可浸泡消毒。</p> <p>15.需提供主机取得国家自主计算机软件著作权全部权利，并提供相关证明文件。</p> <p>三、医用内窥镜冷光源：（1 台）</p> <p>1.LED 发光，噪音≤30dB(A)，直流静音,无高压元件。</p> <p>2.灯泡寿命：≥5 万小时，放置温度：-15℃- +50℃。</p>

		<p>3.具有 2000 流明高亮度, $\geq 7000\text{K}$ 自然光色温, 低温冷光源灯泡。功率: $0\text{W}-100\text{W}$, 照度: $\geq 5,800,000\text{ Lx}$。</p> <p>4.备类型: I/B。</p> <p>四、光缆: (1 条)</p> <p>1.采用光导纤维材料制造。</p> <p>2.长约 3 米。</p> <p>五、仪器台车: (1 台)</p> <p>1.医学专用五层。</p> <p>2.带挂镜架、光缆槽。</p> <p>3.带支臂架。</p> <p>六、(全高清) 内窥镜影像系统-图文工作站: (1 套)</p> <p>1.电脑主机: 品牌机: 内存 $\geq 4\text{G}$ 硬盘 $\geq 2000\text{G}$: 1 台;</p> <p>★2.全高清采集卡: HDMI 高档视频采集卡: 1 张;</p> <p>3.打印机: 多功能彩色打印机: 1 台;</p> <p>4.全高清显示器: ≥ 24 寸, $\geq 1920 \times 1080$: 1 台;</p> <p>5.全高清视频连线: 长 ≥ 3 米: 1 条;</p> <p>6.功能医学专业软件: 1 套。</p> <p>7.医学专业软件参数:</p> <p>(1) 专业的耳鼻喉科内窥镜模式, 功能: 可与国内、外各种型号的内窥镜连接使用, 实时显示。</p> <p>(2) 图像:</p> <p>①具有实时彩色;</p> <p>②具备多种图像处理功能, 如拉伸增强、双幅对比显示等;</p> <p>③具有方便的测量功能;</p> <p>④具有可冻结、负片、储存、再现等功能;</p> <p>七、软件功能:</p> <p>1.全面支持 windows 操作系统。</p> <p>2.全面支持各种视频采集卡。</p> <p>3.开放式数据,用户可自由增加字段。</p> <p>4.支持对图像进行亮度、对比度调整,采集的图像标志,支持图像放大,文字与区域标注等功能处理。</p> <p>5.图像支持脚踏开关,鼠标采集方式。</p> <p>6.支持录像功能并可储存,查询病历即可查询到病人的图像,支持动态录像和单帧采集图像功能。</p> <p>7.自由编辑报告样式,用户对报告单上的任意项可进行增加、删除、移动位置、修改显示,诊断报告支持多种模式,打印纸张大小不限。提供宽带网络接口</p> <p>8.病历管理系统,支持大量数据下的(姓名、性别、年龄、病种、费用)数据查询、数据统计、资料的备份及读取。</p> <p>八、电动刨削器: (1 套)</p> <p>★1.空载转速:</p> <p>(1) (单位: r/min) 三挡设定转速: $500 \sim 3000$, $500 \sim 6000$, $500 \sim 8500$, 可调。</p> <p>(2) 转速充差: 手动设定分档转速和脚踏调速最高转速 $\pm 10\%$。</p>
--	--	---

		<p>2.最大工作转矩：（单位：mN.m） （1）各档最大工作转矩 I II III；≥ 40、≥ 45、≥ 45。</p> <p>3.往复转动频率：（单位：次/min） （1）LMH：54\pm4 78\pm6 130\pm8 往复转速可有二挡选择，I 挡----正常往复切割；II 挡----强力往复切割。</p> <p>4.噪声：≤ 70dB。</p> <p>5.手柄外壳温升：$\leq 28^{\circ}\text{C}$。</p> <p>6.配用刀具尺寸：直径$\Phi 3.8\text{mm}$，$\Phi 4.3\text{mm}$；具备长度$\geq 80\text{mm}$的各种类型刀具选购。</p> <p>7.电动刨削器配置表</p> <p>(1)控制电源:≥ 500-8500 转-1 个； (2)手控制器:采用进口电机-1 个； (3)脚踏开关:防水-1 个； (4)直形刀:3.5mm 1 把； (5)直形刀:4.3mm 1 把； (6)直形刀:4.3mm 1 把； (7)弯形刀:4.3mm 内开口 1 把； (8)弯形刀:4.3mm 外开口 1 把；</p> <p>九、70° 喉内窥镜：（1 支）</p> <p>1.喉内窥镜镜体全部采用不锈钢管；镜体外径：$\Phi 6\text{mm}$；目镜罩外径：$\Phi 32\text{mm}$。</p> <p>★2.窥镜采用进口光学玻璃、光钎、光锥；新型光学系统，视向角：70°，视野清晰，视场角$\geq 60^{\circ}$；分辨率：9.36Lp/mm，放大倍率：2X，提供证明材料。</p> <p>3.观察景深：1~50mm，带有方向标，蓝宝石镜头；内窥镜耐高温高压消毒内窥镜和低温等离子消毒。</p> <p>4.规格：$\Phi 6\text{mm} \times 184\text{mm}$。</p> <p>十、鼻窦镜手术器械：1 套</p> <p>1.穿刺套管：$\Phi 4.7\text{mm}$ 1 支； 2.穿刺针：$\Phi 4 \times 100\text{mm}$ 1 支； 3.持镜架：1 支； 4.0° 活检钳（带吸引）：带吸引管 1 把； 5.0° 硬性活检钳：$\Phi 4.3\text{mm}$ 1 把； 6.直式粘膜剪：1 把； 7.左弯粘膜剪：1 把； 8.右弯粘膜剪：1 把； 9.0° 活检钳（鼻钳）：105mm 1 把； 10.上弯 30° 活检钳：105mm 1 把； 11.上弯 45° 活检钳：咬切 105mm 1 把； 12.90° 咬切钳：咬切 105mm 1 把； 13.45° 咬切钳：带吸引管 1 把； 14.正向咬骨钳：1 把； 15.反向咬骨钳：1 把； 16.细齿抓钳：直形 1 把；</p>
--	--	---

		<p>17.麦粒形活检钳：1 把；</p> <p>18.0 咬切钳：上下开口 1 把；</p> <p>19.70° 双杯活检钳：左右开口 1 把；</p> <p>20.上弯 30° 咬切钳（上颌窦抓钳）：前后开口 1 把；</p> <p>21.110° 双杯活检钳：左右开口 1 把；</p> <p>22.上颌窦咬切钳（抓钳）：直上切口 1 把；</p> <p>23.锐形粘膜刀：钝头弯 1 把；</p> <p>24.钝形粘膜刀：锐头弯 1 把；</p> <p>25.球形刮匙：无孔 1 把；</p> <p>26.长圆头刮匙：有孔 1 把；</p> <p>27.长圆头刮匙：有孔（大）1 把；</p> <p>28.双头剥离器：双头 1 把；</p> <p>29.弯头吸引管：（后弯）$\Phi 4 \times 155\text{mm}$ 1 支；</p> <p>30.弯头吸引管：（前弯）$\Phi 3 \times 155\text{mm}$ 1 支；</p> <p>31.弯头吸引管：（后弯）$\Phi 2.5 \times 155\text{mm}$ 1 支；</p> <p>32.弯头吸引管：（前弯）$\Phi 2.5$ 1 支；</p> <p>33.弯头吸引管：$\Phi 3$ 1 支。</p> <p>十一、0 度鼻窦镜：2 支（带消毒盒）</p> <p>1.内窥镜镜体全部采用不锈钢管；镜体外径：4mm；目镜罩外径：32mm。</p> <p>★2.窥镜采用进口光学玻璃、光钎、光锥；新型光学系统，视野清晰，视场角：$\geq 90^\circ$；视向角：0°，分辨率：$\geq 9.36\text{Lp/mm}$，放大倍率：3X。提供证明材料。</p> <p>3.带有方向标，蓝宝石镜头；耐高温高压消毒内窥镜，可低温等离子消毒。</p> <p>4.镜子光缆接头外径：10mm；工作长度：175mm。</p> <p>5.光缆：可与 WOLF、STORZ 光源连接。</p> <p>十二、70 度鼻窦镜：2 支（带消毒盒）</p> <p>1.内窥镜镜体全部采用不锈钢管；镜体外径：4mm；目镜罩外径：32mm。</p> <p>2.窥镜采用进口光学玻璃、光钎、光锥；新型光学系统，视野清晰，视场角：90°；视向角：70°，分辨率：9.36Lp/mm，放大倍率：3X。提供证明材料。</p> <p>3.带有方向标，蓝宝石镜头；耐高温高压消毒内窥镜，可低温等离子消毒。</p> <p>4.镜子光缆接头外径：10mm；工作长度：$\geq 175\text{mm}$。</p> <p>5.光缆：可与 WOLF、STORZ 等光源连接。</p> <p>十三、0° 耳内窥镜：2 支（带消毒盒）</p> <p>1.耳内窥镜镜体全部采用不锈钢管；镜体外径：$\Phi 3\text{mm}$；目镜罩外径：$\Phi 32\text{mm}$。</p> <p>★2.窥镜采用进口光学玻璃、光钎、光锥；新型光学系统，视向角：0°，视野清晰视场角$\geq 45^\circ$；分辨率：7.1Lp/mm，放大倍率：2X，提供证明材料。</p> <p>3.观察景深：1~50mm,带有方向标，蓝宝石镜头；内窥镜耐高温高压</p>
--	--	--

		<p>消毒内窥镜和低温等离子消毒。</p> <p>4.规格：Ø3mm×90mm。</p>
3	内镜一体化清洗消毒中心	<p>1、清洗槽</p> <p>★1.1 清洗台面由五个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用进口 PMMA 和 ABS 复合材料压注模具一次成型。槽体表面光滑，有韧性。</p> <p>1.2 槽面具有防水、防酸、防碱处理，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。使 R 角尽量保持 90 度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。</p> <p>1.3 固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。</p> <p>1.4 所有槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出 60mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。槽体后背采用连体设计，避免积水残留。</p> <p>1.5 槽体台面厚度≥5mm，离地高度≤860mm。</p> <p>1.6 方槽外径：≤610mm×660mm×170mm，小方槽内径：≥490mm×410mm×170mm。</p> <p>2、酶洗/消毒槽</p> <p>2.1 清洗台面由五个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用进口 PMMA 和 ABS 复合材料压注模具一次成型。</p> <p>2.2 槽面具有防水、防酸、防碱处理，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。使 R 角尽量保持 90 度。每个槽之间的连接紧密，避免残留。</p> <p>2.3 固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。</p> <p>2.4 所有槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出 60mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。槽体后背采用连体设计，又避免积水残留。</p> <p>2.5 槽体台面厚度≥5mm，离地高度≤860mm。</p> <p>2.6 方槽外径：≤610mm×660mm×170mm，小方槽内径：≥490mm×410mm×170mm。</p> <p>2.7 配备专用动力泵，最大扬程≥10M，最大流量≥28L/MIN，耐酸耐碱，提供相关图片。</p> <p>2.8 一键启动自动排废液和排废水，无需手工。</p> <p>3、柜架及门</p> <p>3.1 柜门由彩晶钢化玻璃材料制成。</p> <p>3.2 柜门门框采用塑钢材料压注而成。</p> <p>3.3 柜门固定活页采用防锈可调式。</p> <p>3.4 柜门全部安装于架子外部，避免架子结构外露。</p>

		<p>3.5 门板颜色可按采购人要求定制色彩。根据实际尺寸整体设计。</p> <p>3.6 支架选用 304 不锈钢，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。配备万向轮与制动。</p> <p>4、功能背板</p> <p>4.1 背板材料采用进口 PMMA 复合材料，厚度$\geq 6\text{mm}$，无须用采用玻璃钢加固。</p> <p>4.2 背板采用整体式一次性压模吸注而成。</p> <p>4.3 背板中部突出部份为 $20\text{cm} \times 10\text{cm}$，可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水。</p> <p>4.4 转角槽背板一体连成，与转角槽结构协调一致。</p> <p>4.5 电箱、照明灯安装为内藏式。</p> <p>5、全自动电子水源开关：自动控制。</p> <p>6、可控式水龙头</p> <p>6.1 可伸缩设计，抗强酸碱,具有耐腐蚀功能。出水装置经过防腐蚀处理。</p> <p>6.2 纯不锈钢制成。</p> <p>6.3 可控制转向于水流方向。易于拆卸及物表消毒。</p> <p>7、高压水/气枪</p> <p>7.1 额定压力 0.29Mpa。</p> <p>7.2 压力和出水，出气方向可调。</p> <p>7.3 配≥ 2 个不同形状喷嘴，更换采用螺旋式。</p> <p>7.4 内镜专用，采用优质 304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无缝隙，防腐蚀电镀处理。</p> <p>7.5 设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。</p> <p>7.6 开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。</p> <p>8、水处理器</p> <p>8.1 处理性能指标要求：专用水处理器，多层式渗透 $0.22\mu\text{m}$ 和 $0.1\mu\text{m}$ 分级高精度超微过滤高精过滤。</p> <p>8.2 水处理器备有专用工具。</p> <p>8.3 带紫外线杀菌装置，紫外线杀菌装置使用寿命≥ 5000 小时。</p> <p>9、配内镜清洗消毒流程牌</p> <p>9.1 配 ABS 板材固定于背板上。</p> <p>10、保养操作平台</p> <p>10.1 干燥台采用进口 PMMA 复合材料压注模具一次成型。外尺寸:长 $1700\text{mm} \times$ 宽 $660\text{mm} \times$ 高 860mm(根据实际场地作调整)。</p> <p>10.2 台面有多个小圆型突起，防止内镜打滑及内镜干燥。</p> <p>10.3 台面结构与清洗槽协调一致，同时防止内镜掉落地上。</p> <p>10.4、可配多位高压自动化吹干和热风烘干系统装置。</p> <p>10.5、嵌入式多功能控制开关插座。</p> <p>10.6 一体化的电、气供应系统,可灵活调整摆放位置。</p> <p>11、照明灯</p> <p>11.1 低温暖色，镶嵌于背板上。</p> <p>11.2 卡扣设计。</p> <p>12、多功能一体化电路系统</p> <p>12.1 所有供电系统都经过漏电和负载保险开关。</p>
--	--	--

		<p>12.2 开关和插座都有防水保护装置。</p> <p>12.3 强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护。</p> <p>12.4 供电线路根据整套系统负荷设计。</p> <p>13、专用供排水系统</p> <p>13.1 供水系统：根据用户水质进行合适的处理，保证各个清洗槽的水源符合要求。</p> <p>13.2 根据供水压力和供水管径大小，将每个槽压力大小控制 2.0~5.0Kpa，单槽的供水管径为 4 分。</p> <p>13.3 供排水管道安装和维护方便容易。</p> <p>13.4 清洗槽的槽底从周围向中间倾斜，保证污水排放干净。</p> <p>13.5 每个清洗槽都设有溢液功能，保证在排水过满时自动排出。</p> <p>13.6 清洗槽的排水管采用符合国际标准的 U 型管。</p> <p>13.7 所有水管采用耐酸碱、耐热的标准 PRPP 管。</p> <p>13.8 根据排水方向结构，合理安装，使排水顺畅，避免集中排水时反冲。</p> <p>13.9 隐藏式设计，下水口可经受消毒液的腐蚀。</p> <p>14、灌流器</p> <p>14.1 隐藏式设计，注流器与电脑控制器，控制实际操作流程，并具备定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。机械按键不受穿戴以及水渍影响。</p> <p>14.2 整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数数码显示、消毒液过期自动报警等）。</p> <p>14.3 微型电脑控制，数据可根据要求来调整。</p> <p>14.4 配有多种牌子的内镜连接头和$\leq 10\mu$的过滤网。</p> <p>14.5 严格按《内镜清洗消毒操作规范（2016 版）》的标准，注流器高压，低流量，适合不同品牌管径内镜。内外同时灌流。</p> <p>15、高压气泵</p> <p>15.1 工作方式：采用静音无油气泵。</p> <p>15.2 产品大小约：长 41cm、宽 41cm、高 52cm。</p> <p>15.3 额定排气量 90L/min（1 公斤）40L/min（7 公斤）。</p> <p>15.4 机器工作噪音$\leq 65\text{db}$。</p> <p>15.5 容积：约 22L。</p> <p>15.7 具备量无油摇摆活塞式的压缩机。</p> <p>15.8 当气罐内压力达到设定的最小值或最大值时，压缩机将自动开机或停机。</p> <p>16、自动吹气功能</p> <p>16.1 不锈钢制作，用于放置纱布或者无纺布。</p> <p>16.2 固定于背板上，抽取设计，便于拿放酶液和更换。</p> <p>17、内镜烘干机</p> <p>17.1 用于快速烘干内镜表面，输送热风，低温低噪。</p> <p>17.2 固定于背板上，可伸缩设计。</p> <p>18、酶洗/消毒槽盖</p> <p>18.1 采用 ABS 材料压注模具一次成型。</p> <p>18.2 盖子透明密封。</p>
--	--	---

		<p>18.3 盖子带两个手柄，污染和洁净分开拿取，减少交叉感染。</p> <p>18.4 盖子能完全密封消毒池。</p> <p>19 配置清单</p> <p>(1) 清洗槽单方槽外径：≥长 610mm×宽 660mm×深 170mm ， 3 个</p> <p>(2) 酶洗/消毒槽 单方槽外径：≥长 610mm×宽 660mm×深 170mm， 2 个</p> <p>(3) 柜架及门与清洗槽及吹干机操作台配套， 1 套；</p> <p>(4) 功能背板与清洗槽及吹干机操作台配套， 1 套；</p> <p>(5) 全自动电子水源开关， 1 个；</p> <p>(6) 可控式水龙头 冷热型， 5 个；</p> <p>(7) 高压水/气枪， 5 支；</p> <p>(8) 水处理器 0.1μ+0.22μ+紫外线杀菌装置， 1 套；</p> <p>(9) 内镜清洗消毒流程牌， 1 套；</p> <p>(10) 保养操作平台， 1 套；</p> <p>(11) 照明灯 3W ， 12 个；</p> <p>(12) 灌流器 ， 5 个；</p> <p>(13) 多功能一体化电路系统 ， 1 套；</p> <p>(14) 专用供排水系统， 1 套；</p> <p>(15) 高压气泵 ， 1 台；</p> <p>(16) 内镜烘干机， 1 台；</p> <p>(17) 酶洗/消毒槽盖 与消毒槽配套， 2 个；</p> <p>(18) 清洗接头/套管 T 型接头，短圆柱，长圆柱，塑料透明接头， 2 套；</p> <p>(19) 纯水机， 1 台；</p> <p>(20) 内镜储存柜， 1 个；</p> <p>(21) 转运车， 1 台；</p>
4	听力计	<p>1. 具备两路独立的输出通道。</p> <p>2. 测试频率：气导 125~8000Hz，骨导 250~6000Hz，误差≤±1%。</p> <p>3. 测试强度范围：气导-10~120dB 骨导-10~70dB。</p> <p>4. 掩蔽强度范围：-10~110dB。</p> <p>5.测试信号：纯音、脉冲音、啜音和窄带噪声。</p> <p>6.啜音调制频率：5Hz 正弦波。</p> <p>★7.声音来源：应有底层程序控制发出频率声源，非声卡直接播放声源。</p> <p>8.给声方式：按键给声/触摸式给声（选配）。</p> <p>★9.麦克风： 内置麦克风，（0-50 强度可调）。</p> <p>10.患者应答：外置应答手柄，内置应答指示及压电式蜂鸣。</p> <p>11.显示屏：LCD 显示屏，双行精确数值显示。</p> <p>12.精度：连续衰减/步进 5dB，误差 1dB。</p> <p>13.失真度：气导≤1% 骨导≤2.5%。</p> <p>14.掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽,可自由切换，无需调换耳机，掩蔽提示。</p> <p>15.配备声场测试。</p>

		<p>16.数据输入方式：设备输入/鼠标点击听力图输入/表格填写数值录入 个性化报告设置：多种报告表头模板可供选择，报告参数自由组合，支持电子签名，自定义诊断模块，测试过程可选显示年龄偏移值曲线和数值，自定义选择测试频率，气导、骨导 PTA 计算方式，气/骨导辅助分析（单/双耳高频平均听阈，双耳语频平均听阈，单耳听阈加权值，爆震聋单耳平均听阈）。</p> <p>★17.计算精度：原始数据/保留整数/保留小数点后 2 位</p> <p>18.数据传输：使用 USB2.0 接口连接 PC 端，实时获取听力计数据，存储测试数据打印测试报告。</p> <p>19.存储：依据 PC 容量，通过 FTP 传输至指定目录存储。</p> <p>20.测试报告存储：多格式存储（JPG/PDF/XML）导出报告文件名可以根据需求自定义组合。</p> <p>职业病诊断：根据《GB/T 7582-2004 声学听阈与年龄关系的统计分布》和《GBZ 49-2004 职业病噪声聋诊断》。</p> <p>1.对听力测试数据一键计算分析，直接获取噪声聋诊断数值和诊断分级自</p> <p>2.须与医疗系统数据互通：HL7 协议对接、XML 文件对接、数据库对接三种对接模式可选，轻松实现与医疗系统信息对接。</p> <p>3.获取医院系统中的受试者信息及上传原始数据和修正后数据（单/双耳高频、低频、加权值），可查看报告上传状（可批量导入和上传），可筛选报告导出 EXCEL 统计表格。</p> <p>4.可进行爆震聋辅助计算，噪声聋辅助计算，自动生成噪声聋报告，噪声聋测试自动检测报告数据完整。</p> <p>5. 60dB 状态通断比:应符合 GB7341.1-2010,8.6.2 规定。</p> <p>6.听力结果可按 GB/T7582 标准进行年龄性别修正。</p> <p>7.输出：TDH 39 气导耳机、B71 骨导耳机(选配高精度进口 B81 骨导耳机)、自由声场。</p> <p>8.配 置 清 单</p> <p>（1）主机：1 台；</p> <p>（2）气导耳机：1 副（易损件）；</p> <p>（3）骨导耳机：1 副（易损件）；</p> <p>（4）应答开关：1 个（易损件）；</p> <p>（5）电源线：1 条；</p> <p>（6）操作手册：1 本；</p> <p>（7）U 盘软件：1 张；</p> <p>（8）数据线：1 条；</p> <p>（9）听力图：1 本。</p>
5	测听室	<p>1.MLS 隔音设施 双隔声墙，钢木结构，模块拼装组合式.外尺寸：1.6*1.6*2.5m；内尺寸：1.2*1.2*2.0。面积（2.56m²），墙厚约 60mm，隔音观察窗尺寸为 700×900mm。整体悬浮设计阻隔 7Hz-16Hz 内固有频率，保证隔声量的同时，最大量的节省空间资源。外饰为钢板，内饰为金属吸音板。</p> <p>2. 执行标准：</p> <p>（1）符合 GB/T16296 国家标准；</p>

		<p>(2) 室内本底噪声$\leq 28\text{dB(A)}$;</p> <p>(3) 符合 GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》;</p> <p>(4) 符合 GB 50243-2002《通风与空调工程质量检验评定标准》, 换气量: $6\text{--}10\text{m}^3/\text{min}$。</p> <p>3.隔声室整体采用模块结构, 具备隔振、隔声、吸声三大功能; 具有换气、降噪、照明、配电、信号转接、防潮、防霉、防蛀无味等功能, 地面铺地毯, 易损件方便更换, 符合消防规范要求。</p> <p>4.隔声室主体 防火、防腐、防锈、防潮、防虫害、便于消毒、无毒、无辐射。</p> <p>5.隔声室外观喷涂 1.5mm 钢板喷涂, 奶白色/米黄色。</p> <p>6.隔声室内吸音处理 铝锰合金冲孔吸音板。</p> <p>7.双层隔声窗可视楔型阻尼隔声窗。</p> <p>8.隔声门磁控隔声门。</p> <p>9.进气消声器阻抗复合进气消声器。</p> <p>10.排气消声器阻抗复合进气消声器。</p> <p>11.地毯: 环保地毯。</p> <p>12.信号转接插孔及连线 6 组单、双通道信号混合转接技术, 保证一种连线所有设备可以使用线材采用银密斯线, 确保无任何信号损失, 确保听力计测试结果的准确度。</p> <p>14.配置清单</p> <p>(1) 尺寸: $1.6\times 1.6\times 2.5\text{m}$;</p> <p>(2) 专业隔声门: 2 扇;</p> <p>(3) 可视玻璃观察窗 ($900\text{m}\times 700\text{m}$): 2 扇;</p> <p>(4) 独立排风系统: 1 个;</p> <p>(5) 转接器: 2 个;</p> <p>(6) 三项电源插座: 1 个;</p> <p>(7) 排风系统开关: 1 个;</p> <p>(8) 照明开关: 1 个;</p> <p>(9) LED 灯: 1 个 ;</p> <p>(10) 配置设备挂钩: 1 个。</p>
6	中耳分析仪	<p>一、基本功能:</p> <p>1.具备鼓室图测试、镫骨肌反射测试、声反射潜伏期测试、声反射衰减测试、完整/穿孔咽鼓管功能测试、自定义快速测试模式。</p> <p>7.使用“彩色实时视图”功能, 可以在计算机屏幕上看到正在进行的全部测试全景。</p> <p>8. 10 寸操作面板, ≥ 7 寸触摸屏+触摸按键双控操作模式。</p> <p>★9.探头手柄内置控制灯和开关, 可直接进行测试、切换测试耳。</p> <p>★10.快速测试: 可以生成≥ 2 个由用户编程的快速测试, 测试时间$\leq 60\text{s}$。</p> <p>二、技术参数:</p> <p>1.探测音: 226Hz (85dB SPL)、678Hz (85dB SPL)、800Hz (75dB SPL)、1000Hz (75dB SPL)。</p> <p>2.声导纳 (声顺) 测量容积范围:</p> <p>(1) 测量平面鼓室图为 $0.2\text{cm}^3\sim 5\text{cm}^3$;</p>

		<p>(2) 对于外耳鼓室补偿图, 为 $0\text{cm}^3 \sim 2\text{cm}^3$。</p> <p>3.鼓室图测试 (自动、手动):</p> <p>3.1.最大测压范围: $-600 \sim +400 \text{ daPa}$。</p> <p>3.2.蠕 动 泵 加 压 速 率 : $200\text{daPa/s} \pm 50\text{daPa/s}$; $15,50,100,200,300,400,600 \text{ daPa/s}$;</p> <p>3.3.测试模式: 声导纳 (Y)、声纳 (B)、 声导 (G)。</p> <p>4.同侧/对侧镫骨肌反射测试 (自动、手动), 声衰减测试 (自动、手动), 声反射潜伏期测试。</p> <p>5.咽鼓管功能测试 (鼓膜完整或穿孔均可进行):</p> <p>5.1.完整鼓膜咽鼓管测试: Williams 测试法;</p> <p>5.2.穿孔鼓膜咽鼓管测试: Toynbee 测试法,测试时间和鼓室压范围可调。</p> <p>6.刺激声频率和声强:</p> <p>6.1 声强步进值: 5dB。</p> <p>6.2 同侧: 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz, 最大声强 110dB HL; 6000Hz, BBN (宽带噪声), LPN (低通噪声), HPN (高通噪声), 无刺激。</p> <p>6.3 对侧: 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz 最大声强 110dB HL (插入式耳机)。</p> <p>7.配置清单:</p> <p>(1) 中耳分析仪主机: 1 台;</p> <p>(2) 探头: 1 个;</p> <p>(3) 入耳式耳机: 1 副;</p> <p>(4) 耦合腔: 1 副;</p> <p>(5) 耳塞套装: 1 套;</p> <p>(6) 电源: 1 条;</p> <p>(7) USB 连接线: 1 条;</p> <p>(8) 肩带: 1 条;</p> <p>(9) 使用说明书: 1 本;</p> <p>(10) 合格证: 1 张;</p> <p>(11) 保修卡: 1 张;</p> <p>(12) 铝箱: 1 个;</p> <p>(13) 软件: 1 份。</p>
7	耳鼻喉治疗台	<p>一、耳鼻喉治疗台参数</p> <p>1.整机尺寸: $810\text{mm} \times 750\text{mm} \times 830\text{mm}$ (配台面)。</p> <p>2.防泼洒:整机结构设计成对于液体的意外泼洒有足够的防护能力 (提供证明材料)。</p> <p>3.LED 聚光斑灯: 可以在水平方向 270° 内旋转, 垂直上下移动。</p> <p>4.喷雾枪: 喷雾正压 ($0.1\text{-}0.15\text{Mpa}$) $\pm 0.01\text{Mpa}$ (可手动控制喷药量、枪管任意互换), 气源独立供气。</p> <p>5.吸枪: 负压 ($-0.02\text{—}0.07$) $\text{Mpa} \pm 0.01\text{Mpa}$ (压力可自调), 气源独立供气。</p> <p>★6.加热除雾装置: 一键启动,预热时间 3-20 秒间可任意设置, 智能控制, 设置参数具有掉电记忆功能。</p>

		<p>7.配不锈钢带盖器械盘 2 只：可整体移动消毒。</p> <p>8.配 30ml 小药瓶：6 只。</p> <p>9.配 80mm 药膏缸：2 只，医用不锈钢材质。</p> <p>10.内置 120mm 收集缸：机箱内置 1 只，医用不锈钢材质。</p> <p>11.压缩泵：静音、悬挂式设计。</p> <p>12.欧氏管装置：满足治疗耳鸣、耳聋等需求。</p> <p>13.低噪音：主机噪音$\leq 68\text{dB(A)}$。</p> <p>14.治疗椅 1 把：坐垫升降范围：120mm；靠背俯仰角度：90°-180°；头枕延伸：0-120mm；座椅旋转角度：360°；最大负荷能力：135kg，尺寸：680\times650\times1340mm。</p> <p>二、耳鼻喉治疗台配置</p> <p>1.LED 聚光斑灯：1 套；</p> <p>2.喷雾枪：3 支（2 直 1 弯）；</p> <p>3.欧氏管鼓气装置：1 套；</p> <p>4.吸枪：1 支；</p> <p>5.加热除雾装置：1 套；</p> <p>6.压缩机（正负压二合一）：1 台；</p> <p>7.阅片灯：1 只；</p> <p>8.污物吸引瓶：1 只；</p> <p>9.治疗椅：1 把；</p> <p>10.医生椅：1 张。</p>
8	前鼻镜（鼻镜）	/
9	间接喉镜	/
10	枪状镊	/
11	电耳镜	<p>1、3 倍放大大观察视窗</p> <p>2、光学光纤照明</p> <p>3、气囊球插口</p> <p>4.配 2.4, 3,4,5 耳套 一共 8 个;</p> <p>5.配 3V 医用 LED 光学灯泡</p> <p>6.适用常规两节 5 号 AA 干电池</p>
12	鼻骨骨折复位钳	20cm 钳式 间隙 1
13	盯眇钩	16cm 角弯 90° 头宽 1.5 直形
14	治疗盘	290mm \times 190mm \times 50mm

请投标供应商按此表填写报价明细表

报价明细表

项目名称:

项目编号:

序号	产 品 名称	数量	单位	规 格 / 型号	制 造 商 名称	单 价 (元)	小 计 金 额 (元)	是否为微型或小型 企业产品; 是否为残疾人福利 单位产品; 是否为监狱企业产 品;
...								
投标报价 (小写: 元):								
投标报价 (大写: 元):								

投标人名称 (盖章):

法定代表人 (印章或签字) 或授权代表 (签字):

日期: 年 月 日

注:

- ① 投标供应商按所投标产品及采购文件要求逐项填写。
- ② 本表所填单价均应包括其它所有费用。
- ③ 属于小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业产品的须进行标注说明, 提交《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或《监狱性单位声明函》。

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

1.交货期（日历天/工作日）：合同签订后，30 个日历日内完成货物的安装调试及验收；

2.交货地点：采购人指定地点；

二、验收标准及规范

1.验收标准：

按照国家现行的相关标准及招标文件功能要求、投标文件响应内容及合同约定条款进行验收；若在验收时对产品质量出现争议时请相关部门进行鉴定的，费用由中标供应商承担。

2.验收规范：

2.1 以相应的国家或者行业标准及采购文件规定的具体要求为准，中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

2.2 采购人将按照采购文件、投标文件及双方签订的合同进行验收（如需），验收过程中如需第三方机构介入，所产生的费用由投标人自行承担。（采购人只对安全送达指定地点的合格产品进行验收，运输过程中的安全及质量损坏、数量损失由投标人自行负责）

2.3 产品到货后，采购方组织人员进行数量、单价、金额、供货产品的检验报告进行逐项验收，对于验收不合格的产品退回中标方，中标方收到退回产品后必须在当日进行补货。

三、售后服务

1、质保期：验收通过后 1 年，质保范围包括设备整机和其所有附属配件。质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。

2、保质期内的服务承诺书，质保期外提供免费维修服务，零配件以优惠折扣收取费用；

3、如遇软件升级，提供终身免费升级软件的服务。

4、所提供的货物（包括主机、配件和耗材）是全新的、未使用的，是最新的版本型号，完全符合合同规定的质量和规格要求。

四、付款方式

签订合同后，待货物完成安装、调试完毕后支付合同金额的 30%，待验收通过无任何质量问题后支付合同金额的 65%，验收通过后 6 个月内支付合同金额余下的 5%。

五、 投标有效期：提交响应文件截止时间起 90 天

六、 履约保证金：无。

七、其他要求

1.若招标采购文件评分标准中需对业绩进行评价，采购人及采购代理机构对同类或类似项目业绩进行准确的定义，避免投标人误解采购人对业绩的要求，而有损双方利益。

2、为配合全流程电子化开、评标活动顺利进行，本项目不要求投标人现场提交原件查验，但投标人需确保提供的响应文件内容真实有效，若提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效。

3、报价要求（含税）：包括：产品、运输（到达采购人指定地点）、保险、人工费、安装调试、验收、各种税费等直至货物到达使用地点并能正常投入使用所发生的一切费用，即总价包干。

4、培训：免费培训维修和操作人员，达到能够熟练使用，免费培训使用、免费保养时长 24 小时

5.违约：中标供应商不能履行合同或部分达不到服务质量要求的则确认为违约，具体违约责

任在签订合同时约定。

6.本项目不接受进口产品参与投标。

第三节 阐述、演示、样品展示

1、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要阐述

阐述内容要求： /

2、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要演示

演示内容要求： /

3、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要提交样品

样品展示要求： /

特别提醒：

若项目存在阐述、演示或样品展示，将通过文字和图片不直接和评标委员会接触的方式进行描述和展示。采购人（代理机构）应在采购文件中对提供的阐述、演示以及样品展示要求的内容进行说明。供应商提供的阐述、演示以及样品展示资料文件应在响应文件制作过程中在“项目的阐述、演示、样品展示材料”中上传。

第四节 图纸附件

1、（如有可上传）

第五节 实质性要求明细表

序号	技术实质性要求	商务实质性条款	备注
1	无	满足采购文件“第二章采购清单、技术参数及商务要求/ 第二节 商务要求”全部条款	

说明：采购人或采购代理机构将采购项目中关注的必需响应的实质性条款在上表中一一列明，便于供应商及评审专家理解采购文件。

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、主观因素、客观因素、信用因素。具体内容详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。

二、评分标准

1. 资格性审查表：资格审查人负责资格性审查（适用于公开招标的服务和货物类项目）

1. 资格性审查表：评标委员会负责资格性审查（适用于公开招标的工程项目）

2. 符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

资 格 审 查 表

供应商资格要求			
序号	资格要求	评分点名称	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商是法人的，应提供 2022 年度（或 2023 年度）经审计的财务报告，或 2024 年基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供 2024 年银行出具的资信证明。	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。	
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(1)提供 2024 年任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件(依法免税的供应商须提供相应证明文件)； (2)提供 2024 年任意三个月社会保障资金缴纳证明材料复印件(不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件)；	
5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
6	法律、行政法规规定的其他条件	供应商须承诺:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果	
7	特殊资格审查	(1)投标产品属于医疗器械管理的产品且供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可备案证明材料复印件； (2)投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证或登记表复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。	

符合性审查表

供应商符合性审查内容			
序号	供应商名称审查内容	评分点名称	评审标准
1	商务实质性审查	满足采购文件“第二章采购清单、技术参数及商务要求/ 第二节 商务要求”全部条款	
2	技术实质性响应审查	无	
3	报价评审	异常低价审核。备注：供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。	
4	无效标审查	按本项目招标文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过	

评标委员会（签字） /

评分表

评分项及评分标准			
评分项名称	评分点名称	评审标准	得分
价格分（30.00）	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价 / 投标报价） × 30	0.0~30.0 分
主观分（10.00）	售后服务方案评价分	评标委员会根据投标供应商提供的售后服务方案（主要内容包括但不限于：项目实施总体规划（包含从备货到质保期内的整体工作计划）、质量保障措施（包含产品质量保障措施、配送质量保障措施、安装调试、售后保障措施等）、货物配送进度计划进行评审。 （1）内容完善、可操作性强，能够满足项目需求的得 10 分； （2）内容完善、可操作性较强，基本满足项目需求的得 8 分； （3）内容基本完善、可操作性一般，基本满足项目需求的得 6 分； （4）内容基本完善、基本满足项目需求的得 4 分； （5）内容不完善、可操作性不强，不能满足项目需求的得 2 分。	0.0~10.0 分

		(6) 未提供任何方案不得分。	
客观分 (60.00)	产品技术参数响应	<p>(1) 投标供应商所投产品技术参数完全满足或优于采购文件“第二章采购清单、技术参数及商务要求/第一节 采购清单及技术参数”得 40 分，技术参数（标记“★”条款）存在一条负偏离扣 2 分/条，技术参数一般条款存在一条负偏离扣 1 分/条，直到该项扣完为止。</p> <p>注：①标记“★”号条款和注明须提供相关证明材料的，投标人须提供提供的产品资料作为证明材料。如：生产厂商参数确认函或原厂技术白皮书并加盖生产厂商公章；</p> <p>②未提供任何证明材料或未在偏离表中注明标识的，评标委员会有权视为不能满足招标文件要求作“负偏离”扣分。</p>	0.0~40.0 分
	应急响应时间评价	<p>质保期内在接到采购人通知后根据投标供应商承诺应急响应到达现场维修的时间（单位：小时）进行评价（须提供承诺函，若未按承诺执行，一切责任由投标供应商自行承担）。</p> <p>(1)到达时间<6 小时：得 3 分；</p> <p>(2) 6 小时≤到达时间<12 小时：得 2 分；</p> <p>(3)12 小时≤到达时间<24 小时：得 1 分；</p>	0.0~3.0 分

		到达时间>24 小时：得 0 分。	
	核心产品售后服务能力评价	<p>投标人能提供所投核心产品（电子鼻咽喉镜、内窥镜摄像系统、听力计、中耳分析仪）制造商原厂保修承诺函的得 5 分，未提供制造商原厂保修承诺函，该项不得分。</p> <p>注：须提供制造商原厂保修承诺函（承诺函格式自拟）并加盖制造商公章作为证明材料。</p>	0.0~5.0 分
	核心产品业绩	<p>评标委员会根据投标人提供的投标产品 2021 年 1 月至今的项目业绩进行评价（采购合同中须体现规格型号）</p> <p>每提供一份有效业绩得 3 分，本项最高可得 12 分。</p> <p>注：①产品业绩为投标人或生产厂商的均认可；②合同以落款时间为准；③须提供加盖公章且清晰的合同扫描件作为证明材料，若公章或采购合同内容不清晰，评标委员会有权否认该业绩，投标人须对业绩证明材料的真实性负责。</p> <p>核心产品：电子鼻咽喉镜、内窥镜摄像系统、听力计、中耳分析仪</p>	0.0~12.0 分
信用分（0.00）	信用分		0.0~0.0 分
政策性加分（5.00）	政策性加分（1）	所投产品属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范	0.0~2.0 分

		<p>围内的产品，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加 0.3 分；最高不得超过 2 分。</p> <p>注：属于“节能产品政府采购品目清单”范围且标注为“政府强制采购产品”实施强制采购的产品，不再进行计分。</p>	
	政策性加分 (2)	<p>根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第 68 号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院第 658 号令）、贵州省财政厅文件（黔财采【2017】6 号）的规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），采用综合评分法或性价比法评审的，在总得分基础上加 3 分。</p> <p>注：①本项加分仅适用于货物采购项目。②少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；③享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。④投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%进行确定。</p>	0.0~3.0 分
得分		105.0	100 分+政策性加分

信用分使用规则：由采购人或代理机构根据项目情况选用，信用分评价内容例如：中国人民银行备案的征信机构出具的企业信用报告等信用相关材料。并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第二十条（十五）款规定载明：供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

（1）价格扣除政策（若本品目专门面向中小微企业采购，则本品目不再享受价格扣除政策）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68 号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予 10%（联合体 X%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。）。)

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有

效。

(2) 货物类采购项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为大于等于30%；服务类项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为大于等于10%。执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素。

(3) 价格分值计算表：

价格分值计算表

项目名称：项目序列号： 20XX-ZFCG-XXXX

品目名称：品目编号：

地点：贵阳市公共资源交易中心日期： 20XX.X.X

序号	供应商名称	第一次报价 (单位：以采购文件约定的 计量单位为准)	最终报价 (单 位：以采购文 件约定的计量 单位为准)	小微企业 价格扣除 后报价 (单 位：以采购 文件约定 的计量单 位为准)	评标基准 价 (单位： 以采购文 件约定的 计量单位 为准)	价格 分值	得分
1							0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标委员会（签字）

评分汇总表

标段编号：

标段名称：

序号	投标单位名称	价格分得分	主观分得分	客观分得分	信用分得分	政策性加分得分	总分	排名

评标专家（签字）：

5. 投标产品品牌相同的投标供应商的规定

5.1 最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

确定方式：评标委员会确定。

5.2 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

确定方式：评标委员会确定。

第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形

第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入有效投标供应商家数：

（一）递交的响应文件未在规定时间内解密成功、或未按采购文件要求签署、盖章的；

注：但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

- (二) 供应商不符合采购文件规定的资格要求的;
 - (三) 项目接受联合体投标时, 投标联合体未提交联合投标协议的;
 - (四) 经评标委员会认定为异常低价的;
 - (五) 响应文件对采购文件的实质性要求明细表未作出响应的;
 - (六) 响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文件和计算错误的内容, 经评标委员会认定影响响应文件响应的;
 - (七) 投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价的;
 - (八) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的**
 - (九) 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的;
 - (十) 有下列情形之一的, 视为投标人串通投标, 其投标无效:
 - 1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
 - 2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
 - 3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
 - 4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
 - 5. 不同投标人的投标文件相互混装;
 - 6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
 - (十一) 未交纳投标保证金的(使用远投网开系统解密响应文件成功的, 视为投标保证金已交纳);
 - (十二) 投标有效期不满足采购文件要求的;
 - (十三) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 参加同一合同项下的政府采购活动的。
 - (十四) 除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 再参加该采购项目的其他采购活动的。
 - (十五) 违反政府采购法律法规, 足以导致响应文件无效的情形。
- 注: 不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标(响应)。**

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 采购公告及采购文件发布

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台(贵州省·贵阳市)(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)及法律法规规定的其他媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要,发布技术参数、开标时间调整等有关变更公告。供应商须关注全国公共资源交易平台(贵州省·贵阳市)、贵州省政府采购网变更公告栏及其他相关网站和媒体发布的关于本项目的相关变更公告,变更公告是采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。

第二节 采购文件获取

一、获取截止时间

开标截止时间前一日 23:59。

二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2019)1035号文件要求,对失信供应商实施信用联合惩戒,拒绝其下载采购文件。

三、采购文件的澄清和修改

(一)采购文件的澄清和修改:采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前,以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商;不足 15 日的,采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。澄清或修改的内容是采购文件的组成部分,对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的澄清或修改将以更正公告形式发布。

(二)项目延期(适用于采购方式为公开招标的项目):采购文件提供期限届满后,获取采购文件的潜在供应商不足 3 家的,可以顺延提供期限,响应文件递交截止时间、开标时间以及投标保证金交纳时间一并顺延,以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

(三)采购文件的质疑:供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处,或对技术规格及其他条件不清楚,或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的,或供应商有疑问的其他事项,供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出质疑,对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作

出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见采购文件第十三节：质疑和投诉。

第三节 编制和上传投标响应文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间将加密的响应文件上传系统）。

二、递交要求

供应商需使用专用投标文件制作工具，生成加密响应文件上传系统。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法上传。

备注：使用投标文件制作工具制作响应文件时，若上传的资质证书或其他文件带有第三方电子签章的图片或者 PDF 等文件时，请将带有第三方电子签章的文件或图片插入 word 中后上传 word，避免第三方电子签章数据不能正常加载，导致文件不显示第三方签章。请在转换 PDF 和签章时仔细检查对应内容，若因操作引起的第三方签章不显示，相关责任由投标供应商自行承担。

三、响应文件的补充、修改和撤回

（1）供应商在上传响应文件后，在投标截止时间前可撤回其响应文件。撤回后重新编辑修改后生成新的加密响应文件重新上传。

（2）若本项目采购文件发生变更，请按照最新变更后的采购文件重新编制响应文件，加密上传。否则开标时未能正常解密，视为无效标处理。

（3）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回响应文件。

特别提示：供应商使用专用响应文件制作工具，通过 CA 锁生成加密响应文件。投标截止时间前，供应商可随时撤回和重新递交响应文件。

第四节 开标

一、开标时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准。

二、开标地点

本项目采用远投网开系统进行开标。

三、开评标流程

1. 会议准备：采购人、代理机构以及投标供应商应于投标截止时间前 30 分钟登录远投网开系统，检查设备和网络是否能正常使用。

2. 解密响应文件：开标时间到，采购人或代理机构点击开始解密，投标供应商须在系统规定的解密时间内完成解密。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财

金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。

3. 开标唱标：系统自动对解密成功的响应文件进行唱标。

4. 开标记录：唱标完成后，自动生成开标记录表。

5. 会议结束：生成开标记录表后，采购人或代理机构点击开标结束，远程开标会议结束。

特别提醒：使用远投网开系统参与开标的供应商应注意以下几点：

1. 开标设备、软件、CA 应满足本次远程开标会议要求；

2. 供应商应保证使用编制响应文件的 CA 解密时，设备正常，网络稳定，确保在规定时间内完成解密活动；若供应商未在规定时间内无法完成解密的，视为未响应投标，作无效标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。

第五节 资审审查（适用于公开招标的货物类和服务类项目）

开标会结束后，由采购人或代理机构代表组成的资审小组登录系统进行资格审查，资审小组由 1 或 3 人单数组成，合格供应商不足 3 家的，项目作废标处理。

对未通过资格审查的投标供应商，由资审小组通知其未通过理由。

第六节 评标

一、评标地点

贵阳市公共资源交易中心。

二、评标程序

评标委员会登录在线评标系统，确认无需回避后，通过评标系统自动推选一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标：

（一）资格性审查（适用于公开招标工程类的项目）：评标委员会依照《资格审查表》所列内容对供应商进行资格审查，审查通过的供应商进入符合性审查环节。通过资格审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束

（二）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过符合性审查的响应文件不参与评分和中标候选人推荐。通过符合性审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

（三）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对响应文件进行评分。评分依据为响应文件提供的有效资料。响应文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值。其中评分表中客观分、信用分以及政策

性加分这三项客观评分项的评分应当一致，不一致的按少数服从多数的原则确定评分。

（四）评分汇总：评标组长负责最终的评分汇总，结果保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

（五）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（六）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。持不同意见的评标委员会成员应当在报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（七）评标结束：评标委员会出具评标报告，复核无误签字确认后，评标组长点击评标工作结束，评标专家方可离开评标区，不得擅自进入其他评标室。评审费用由系统自动计算发放。

三、评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

（一）享有的权利：

1. 对政府采购制度及相关情况的知情权；
2. 对供应商所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选供应商的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

（二）承担的义务：

1. 为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、响应文件表述出现前后不一致的，以下列先后顺序为准：

- （1） 开标一览表与其他文件不一致的，以开标一览表为准；
- （2） 投标函与其他文件不一致的，以投标函为准；
- （3） 响应文件前后不一致的，以响应文件的前述内容为准。
- （4） 采购文件和附件内容不一致的，以采购文件正文为准。

同时出现两种以上不一致的，以上述先后顺序为准。

第七节 发布中标（成交）结果公告及发送中标（成交）通知书

一、中标（成交）结果公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网 (<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 及法律法规规定的其他媒体。

二、中标（成交）结果公告和中标（成交）通知书发布流程

采购人应当通过系统自评审结束之日起 7 个工作日内点击发布中标（成交）结果公告，同时向中标人发送中标通知书。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标（成交）供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝确定该供应商为中标人，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

对未通过资格审查的供应商，由系统自动告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，由系统自动告知未中标本人的评审得分和排序。

第八节 支付代理服务费

一、收费标准

代理机构严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，告知有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，并在相关服务合同中约定。代理机构提供的服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

代理服务费：[参照贵州省物价局贵州省住房和城乡建设厅关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知\(黔价房\(2011\)69 号\)](#)规定，以采购预算为计算基数计算后向中标供应商收取。

由 ☐ 采购人 ☒ 中标人支付。

二、支付方式

中标（成交）通知书发出同时，☐ 采购人 ☒ 中标人向代理机构支付代理服务费。代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、账户信息

户 名：[贵州卫虹招标有限公司](#)

账 号：[2402000329200068912](#)

开户行：[工商银行贵阳市云岩支行](#)

第九节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收

一、合同签订、备案及公告时间

采购人在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编制和签订政府采购合同，中标（成交）供应商收到采购人发出的采购合同后应当在 5 个工作日内完成网签，若合同内容超出约定事项的，中标（成交）供应商应点击退回并说明退回理由，无正当理由退回或超期未在系统进行操作，采购人可视为中标（成交）供应商拒绝签订合同，放弃中标资格。采购合同签订完成后，推送至同级财政部门备案，并将政府采购合同自动同步在全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）上公告，同时还应在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）进行公告。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、采购合同备案完成后，采购人可自行通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统打印《贵阳市公共资源进场交易证明书》。采购人凭《贵阳市公共资源进场交易证明书》到财政部门办理后续资金拨付等相关手续。

三、履约验收

中标人在合同约定服务期（供货期）内，完成合同约定内容，可向采购人提交履约验收申请，采购人应按照合同约定方式在规定期限内完成履约验收工作，并将验收相关资料上传贵阳市公共资源交易电子招投标系统，并在全中国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）进行公告。

第十节 质疑和投诉

一、质疑

（一）质疑时效

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统向采购人或代理机构提出质疑。

（二）受理条件

供应商所提出质疑，必需有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理。

（三）质疑函内容：

质疑函内容包含：供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、项目序列号；质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期（系统自动生成）。

（四）递交方式

在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑质疑函，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送采购人和代理机构。

（五）质疑回复

代理机构在法定期限内对质疑事项作出答复，经采购人确认后，系统自动将**质疑事项和答复内容**通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

（一）投诉时效

提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

（二）受理条件

满足《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十九条规定。

（三）递交方式

在法定时限内发起投诉。通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑投诉书，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送监督部门。

（四）投诉回复

供应商发起投诉后，监督部门应在 5 个工作日内确认是否受理。监督部门应当自收到投诉之日起 30 个工作日内是对投诉事项作出处理决定，编辑投诉处理决定书，点击发布投诉处理决定公告后，系统自动将投诉事项和处理决定内容通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

第五章 政府采购合同

政 府 采 购 合 同（货物类） （试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（货物类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：

二、供货期期限

本合同从____年____月____日起至____年____月____日止。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 招标/采购公告（包括更正公告）；
- (2) 招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- (3) 中标（成交）通知书（如果有）；
- (4) 投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- (5) 专用合同条款及附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 清单；

(9) 经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；

(7) 分项报价表;

(9) 中标材料质量标准的详细描述;

(10) 相关服务计划;

(11) 其他合同文件。

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥ _____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

八、订立地点

本合同在（采购人地址）贵阳市公共资源交易中心电子交易系统订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以

及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）	供应商：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：_____	统一社会信用代码：_____
地址：_____	地址：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：_____
传真：_____	传真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账号：_____	账号：_____

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 包装、运输和交付

2.1 包装

2.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2.2 运输

2.2.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用 m³ 表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方。

2.3 交付

2.3.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

2.3.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

第3条 货物检验和验收

3.1 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

3.2 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：

（1）由买方对合同材料进行检验；

（2）由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；

(3) 专用合同条款约定的其他方式。

3.3 若合同约定了合同材料的最低质量标准,且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的,视为合同材料符合质量标准,买方应验收合同材料,但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

3.4 合同材料由第三方检验机构进行检验的,第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

3.5 合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

第4条 质量保证期

4.1 除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外,合同材料的质量保证期自合同设备/材料验收之日起算。

4.2 除非因买方使用不当,合同设备/材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题,卖方应负责对合同设备/材料进行修补和退换。更换的合同设备/材料的质量保证期应重新计算。

4.3 质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后,买方应向卖方出具合同设备/材料的质量保证期届满证书。

第5条 合同价款支付

5.1 合同签订生效后,采购人应按合同约定支付合同价款,合同价款的支付细节,合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第6条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的,由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第7条 不可抗力

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第8条 合同转让和分包

除招标文件规定，并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第9条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第 10 条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第 11 条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 12 条 争议的解决

12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充

文件，双方均应遵照执行。

12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉；
- （3）法律法规另有规定除外。

第 13 条 违约责任

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 14 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

政 府 采 购 合 同（工程类）

（试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（工程类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：
- 6、工程承包范围：

二、工期

计划开工日期： _____年____月____日

计划竣工日期： ____年__月__日

工期总日历天数： ____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸
- （9）已标价工程量清单或预算书；
- （10）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标（成交）通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其它合同文件

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥ _____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

八、订立地点

本合同在 （采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统 订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 工期

供应商应按照专用合同条款约定的时间，向工程师提交进度计划。经工程师审批后的进度计划具有合同约束力，供应商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，工程师应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给工程师审批。

第3条 工程质量

3.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

3.2 质量检查

采购人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

第4条 竣工验收

4.1 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，供应商即可向工程师报送竣工验收申请报告。

4.2 竣工和验收

工程师审查后认为具备竣工验收条件的，提请采购人进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由工程师向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

4.3 试运行

除专用合同条款另有约定外，供应商应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

4.4 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至工程师检验合格为止。竣工清场费用由供应商承担。

第5条 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算，乙方所提供的质量保修期不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低要求。

第6条 合同价款支付

6.1 合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第7条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第8条 不可抗力

8.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

8.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同

义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第 9 条 合同转让和分包

除招标文件规定, 并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第 10 条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第 11 条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第 12 条 合同的变更、中止或终止

12.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

12.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 13 条 争议的解决

13.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (3) 法律法规另有规定除外。

第 14 条 违约责任

14.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

14.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 15 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

政 府 采 购 合 同（服务类）

(试行)

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（服务类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：

二、服务期限

本合同从____年____月____日起至____年____月____日止。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）服务清单；
- （9）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同

条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 服务清单；
- (8) 其它合同文件

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥ _____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年_____月_____日订立。

八、订立地点

本合同在 （采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统 订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务清单、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

采购人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 质量要求

2.1 本项目服务质量须符合现行国家有关服务类别的相关质量验收规范和标准要求。有关服务质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.2 因供应商原因造成服务质量未达到合同约定标准的，采购人有权要求供应商返工直至服务质量达到合同约定的标准为止，由供应商承担由此增加的费用，并承担采购人因此产生的所有经济损失。

第3条 服务验收

3.1 供应商应对提交的项目成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的项目成果交给采购人。

3.2 采购人或者采购人的最终用户应当可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行阶段验收，并出具阶段验收证明/书，以此作为付款阶段的凭证。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

第4条 质量保证

4.1 合同当事人应根据服务的功能、用途、特点等在专用合同条款中单独约定质量保证的期限、范围等。

4.2 供应商提供服务的质量保证期可由双方在专用合同条款约定。

4.3 在质量保证期内, 供应商应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

第5条 合同价款支付

5.1 合同签订生效后, 采购人应按合同约定支付合同价款, 合同价款的支付细节, 合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第6条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的, 由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第7条 不可抗力

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务, 不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后, 当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务, 并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第8条 合同转让和分包

除招标采购文件另有规定, 并经采购人事先书面同意外, 供应商不得部分或全部转让或分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第9条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第10条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第11条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第12条 争议的解决

12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉；
- （3）法律法规另有规定除外。

第 13 条 违约责任

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 14 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）服务标准；
- （六）价款或者报酬；
- （七）期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

第三部分 供应商须知

第六章 响应文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供由翻译机构盖章或翻译人员签名的中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时供应商应提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 有重复或多余标记，未对响应文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

二、制作和生成

响应文件需通过贵阳市公共资源交易中心提供的专用投标文件制作软件制作和生成。

三、电子签章

响应文件中上传的复印和扫描件应加盖供应商电子公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行电子签章。但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

四、上传

在投标截止时间之前，供应商通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统-采购业务板块，选择已参与项目，点击进入“上传响应文件”模块中上传。

不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

第二节 响应文件组成

一、政府采购响应文件类别

服务类响应文件。

二、组成

各类响应文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见响应文件格式文本。

第三节 响应文件格式范本

XXXXXX（项目名称） 响应文件

项目序列号： 20XX - ZFCG- XXXX
项目 编 号： _____
项 目 名 称： _____
品 目 编 号： _____
品 目 名 称： _____
采 购 方 式： _____ 采 购 类 别： _____
供 应 商： _____
详 细 地 址： _____
联 系 人： _____ 电 话： _____

20XX 年 XX 月

目 录

(按照投标文件组成内容完善目录明细)

第一 报价文件

一、投标报价函

二、开标一览表（适用于公开招标）

三、报价明细表

四、投标供应商授权委托书

第二 资格性文件

（一）一般资格

1 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明

2 财务状况报告材料

3 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证

5 无重大违法记录的声明函

6 供应商信用记录承诺书

（二）特殊资格材料

（三）中小微企业声明函及附件

（四）残疾人福利单位声明函

（五）监狱性单位声明函

第三 响应性文件

- (一) 采购文件实质性要求响应
- (二) 响应文件技术响应内容信息
- (三) 响应文件商务响应内容信息
- (四) 供应商遵守政府采购法规的声明
- (五) 其他技术和商务要求提供的材料

第四 主观评审内容

- (一) 主观分评审内容

第五 客观评审内容

- (一) 客观分评审内容

第六 政策性加分佐证材料（若有）

- (一) 节能环保产品声明及证明材料
- (二) 原产地在少数民族自治区投标主产品证明材料

第七 其它补充材料

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

- (一) 其他补充材料

第一 报价文件

(一)投 标 报 价 函

1. 本供应商就_____（项目名称）的_____品目号/名称_____

投标报价：_____（单位：以采购文件约定的计价单位为准）

本投标报价为验收合格并交付使用价。包含专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 服务期/交货期/工期：_____。（服务期/交货期/工期：以采购文件约定的单位为准）

3. 服务地点/交货地点/建设地点：_____。

4. 投标有效期：_____。

5. 质保期：_____。

6. 联合体投标：_____。

7. 其他：_____。

二、递交资料

上传电子响应文件一份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 本供应商就不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 本供应商就已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

章)： 供应商名称（盖

投标日期：

(二) 开标一览表

项目名称：

项目序列号：

品目名称：

品目编号：

供应商名称	投标多种报价	服务期（交货期或工期）	联合投标企业（若有）

注：响应文件报价出现先后不一致的，以开标一览表投标报价为准。

供应商名称（盖章）：

投标日期：

(三) 报价明细表

项目名称：项目序列号：

品目名称：品目编号：

序号	服务项目内容	数量（单位）	单价	总价	费率	下浮率	服务标准
全部投标产品总报价大写（元/费率/下浮率）：				小写（元/费率/下浮率）：			

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：

投标日期：

（四）供应商授权委托书

1.1 法定代表人身份证明

致（采购人）：

（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称（项目序列号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>正面（国徽）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>	<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>反面（人像）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>
--	--

法定代表人（印章）：

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购人）：

（投标单位全称或联合体牵头人） 法定代表人姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目序列号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）

法定代表人（印章）：

被授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

年 月

日

第二 资格文件

（一）一般资格

1. 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2. 财务状况报告材料（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

5. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：____采购人____
____（供应商全称）____，参加贵单位组织的项目序列号为：____，项目名称：____，品目名称为：____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：
年 月 日

6. 其他法规规定的需要提供的资料
- 6.1 供应商信用记录承诺书

供应商信用记录承诺书

致：____采购人____
____（供应商全称）____，参加贵单位组织的项目序列号为：____，项目名称：____，品目名称为：____的政府采购活动，在此郑重声明：自本项目招标公告发布之日起至截止开标时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：
年 月

日

（二）特殊资格材料

（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）

（四）中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函及附件

1.中小微企业声明函

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

3. 监狱企业声明函及附件

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第三 响应性文件

(一) 采购文件实质性要求响应

政府采购供应商实质性响应符合审查表

项目名称：

项目序列号：

品目名称：

品目编号：

投标供应商名称			
商务部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	投标文件响应内容	备注

技术部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	投标文件响应内容	备注

供应商注意事项：1. 本表采购文件具体要求对应采购文件第二章第五节《实质性要求明细表》内容，供应商必需如实填写。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

（二）响应文件技术响应内容信息

技术部分响应表			
序号	采购文件技术要求	响应内容	备注说明

年 月 日

供应商名称（盖章）：

供应商注意事项：

1. 本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。

（三）响应文件商务响应内容信息

商务部分响应表			
序号	采购文件商务要求	响应内容	备注说明

年 月 日

供应商名称（盖章）：

供应商注意事项：

本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。

（四）供应商遵守政府采购法规的声明

供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：_____（采购人名称）

我公司自愿参加_____（采购人名称）的_____（项目名称），（品目名称）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

供应商名称（盖章）：
年 月

日

（五）其它技术和商务要求提供的材料（若有）

供应商认为与本项目技术和商务要求中相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第四 主观评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目主观评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第五 客观评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目客观评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第八 政策性加分材料（若有）（适用于公开招标和竞争性磋商）

（一）节能环保产品声明及证明材料

（二）原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海）的投标主产品证明材料。

第九 其它补充材料

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第七章 远投网开注意事项

详见贵阳市公共资源交易中心发布的操作手册。供应商在使用过程中操作遇到问题时，请及时向贵阳市公共资源交易中心技术处咨询，**联系方式为座机：0851-84839751/84839761。**

第八章 优惠性政策法规

附件：优惠性政策法规

1. 政府采购促进中小微企业发展管理办法

《政府采购促进中小微企业发展管理办法》 财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小微企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小微企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小微企业在政府采购中的份额，支持中小微企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小微企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小微企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小微企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小微企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小微企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小微企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小微企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小微企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小微企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小微企业提供的，采购人应当专门面向中小微企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小微企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小微企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小微企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小微企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小微企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小微企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小微企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小微企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小微企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小微企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小微企业声明函》之外的中小微企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小微企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小微企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小微企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小微企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小微企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小微企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小微企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小微企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小微企业引入信用担保手段，为中小微企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小微企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小微企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小微企业主管部门负责。

中小微企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小微企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小微企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小微企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小微企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小微企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小微企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小微企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小微企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小微企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。

- 附：1. 中小微企业声明函
2. 面向中小微企业预留项目执行情况公告

附 1

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

（单位名称）××年面向中小微企业
预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小微企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小微企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

面向中小微企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小微企业采购金额	合同链接
	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小微企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
...
...				

部门（单位）名称：

日期：

2. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小微企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小微企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市

等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会
2017 年 8 月 22 日

3. 监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68号

**财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展
有关问题的通知
(财库〔2014〕68号)**

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小微企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日