

# 回复函

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：贵州锦图科技有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城7-S02，7-A02（S02）1单元三层10号 邮编：550081

联系人：朱婷婷 联系电话：

授权代表：谢佳运

联系电话：13927418205

地址：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城7-S02，7-A02（S02）1单元三层10号 邮编：550081

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：贵阳市第二人民医院采购2024年第二批医疗设备项目

质疑项目的序列号：P5201002024000EC0 品目编号：P5201002024000EC0007

采购人名称：贵阳市第二人民医院

采购文件获取日期：2025-01-17 15: 15: 53

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：招标文件中品目7：产品名称：体外除颤监护仪；参数1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）；2.彩色电容触摸屏≥8英寸,分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节；13.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用；15.除颤后心电图基线恢复时间≤2.5s；21.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量；23.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具；24.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核；41.可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态；42.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55；43.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击；经我司查询为体外除颤监护仪具备明显指向性为迈瑞品牌D30产品参数，且具有迈瑞独家不满足三家参数。首先该产品要求为国产产品，其次市场上主流国产体外除颤监护仪品牌如科曼、安保以及苏州佐尔奥医疗科技有限公司ZOLLM2除颤监护仪等无法满足此参数，其中仅1、2、13、21、23、24、41条参数与迈瑞产品描述完全一致，且为迈瑞独家参数，为迈瑞产品说明独有功能，其他品牌无法满足，结合15、21、43条参数明显专一倾向性迈瑞品牌参数，且为迈瑞D30型号参数，体外除颤监护仪参数不满足三家，建议重新论证并修改删除。

事实依据：详见附件

法律依据：详见附件

## 四、质疑事项相关的质疑请求

我方请求审核修改参数，保证真正有三家全部参数符合的条件下进行综合评分法评审

## 五、调查事实及处理决定

贵单位对 贵阳市第二人民医院采购2024年第二批医疗设备项目（项目名称、项目编号：GZWH-2024-4317A，品目七）采购文件提出的质疑函，已于2025年1月13日收悉。现答复如下：针对质疑事项 答复内容:关于产品“体外除颤仪”、“十二导心电图机”、“多参数监护仪”相关质疑条款，采购人根据产品市场进行了充分的调研；产品采购需求均为采购人根据临床需要编制，具有市场竞争性，市场上有多个品牌的技术参数可满足要求，不存在质疑函提及的“独家参数”和“某品牌独有功能”的情形。你公司将本品目采购需求内容跟某些品牌指标进行简单对比，将有相同或相似的条款判断为“独家参数”和“某品牌独有功能”，无事实依据。采购人考虑本项目充分竞争性，将对质疑事项中涉及的部分技术条款进行修改调整，具体内容详见更正公告。

## 六、法律依据

事实依据：贵单位提供的相关证明材料，无法证实采购产品技术功能指向某品牌，缺乏事实依据。法律依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条 采购需求应当完整、明确，包括以下内容：（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 ..... 感谢贵单位对本次政府采购活动的参与、支持和监督。如果贵单位对本质疑答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，可

以在答复期满之日起十五个工作日内向贵阳市财政局依法提起投诉。

采购人：贵阳市第二人民医院

采购代理机构：贵州卫虹招标有限公司

2025年01月21日